



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.

Pytanie:

„Część 5 poz 1-3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,10 ($\pm 0,01$ mm) oraz poziomie AQL 1,5?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca, natomiast nie dopuści rękawic z AQL 1,5.

Pytanie:

„Część 5 poz 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,06 mm-0,08 mm oraz poziomie AQL 1,5?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca, natomiast w kwestii dopuszczenia rękawic o poziomie AQL 1,5, Zamawiający odsyła do kryteriów oceny ofert w tej pozycji, gdzie wskazanie poziomu AQL jest jednym z nich.