



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.

Pytanie:

„dotyczy Część nr 5 Pozycja 1-3

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów długości, grubości i poziomu AQL, siły zrywania przed starzeniem będzie wymagał załączenia do oferty badań producenta z kraju pochodzenia nie starszych niż 2016 r?

Konieczność wykonywania przez wytwórcę badań i sporządzania sprawozdań potwierdzają normy EN-455 dotyczące rękawic, które znajdują się w wykazie norm zharmonizowanych dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów długości, grubości i poziomu AQL będzie wymagał załączenia do oferty badań producenta z kraju pochodzenia. Zamawiający dopuści badania producenta z kraju pochodzenia we wskazanym zakresie nie starsze niż 2016 r.

Pytanie:

„dotyczy Część nr 5 Pozycja 4

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów długości, grubości i poziomu AQL, będącego także przedmiotem oceny wymaga załączenia do oferty badań producenta z kraju pochodzenia nie starszych niż 2016 r?

Konieczność wykonywania przez wytwórcę badań i sporządzania sprawozdań potwierdzają normy EN-455 dotyczące rękawic, które znajdują się w wykazie norm zharmonizowanych dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający na potwierdzenie spełniania parametrów długości, grubości i poziomu AQL będzie wymagał załączenia do oferty badań producenta z kraju pochodzenia. Zamawiający dopuści badania producenta z kraju pochodzenia we wskazanym zakresie nie starsze niż 2016 r.

