



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

**Treść pytania:**

***Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy z zakresem ciśnienia 25÷60 mmHg? Oferowana wartość ciśnienia jest lepsza niż wymagana w SIWZ. Nacisk wywierany na ciało pacjenta o wadze 200 kg wynosić będzie tylko 60 mmHg i będzie mniejszy o 10 mmHg od wymaganego. Oznacza to, że materac będzie mieć lepsze parametry terapeutyczne.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym zakresem ciśnienia.

**Treść pytania:**

***Pytanie 2 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac o komorach wykonanych z poliuretanu wzmocnionego nylonem, o wysokości 11 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści materac o komorach wykonanych z poliuretanu wzmocnionego nylonem o proponowanej wysokości.

**Treść pytania:**

***Pytanie 3 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy z zakresem ciśnienia 25÷60 mmHg i poborze mocy 8W? Oferowana wartość ciśnienia jest lepsza niż wymagana w SIWZ. Nacisk wywierany na ciało pacjenta o wadze 150 kg wynosić będzie tylko 60 mmHg i będzie mniejszy o 10 mmHg od wymaganego. Oznacza to, że materac będzie mieć lepsze parametry terapeutyczne.”*





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści materac przeciwodłęzynowy z proponowanym zakresem ciśnienia i poborem mocy.

**Treść pytania:**

**Pytanie 4 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwodłęzynowe wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodłęzynowy o większej wydajności do 18 l/min. i poborze mocy do 35W?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści materaca przeciwodłęzynowego o proponowanej wydajności i poborze mocy.