



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Prosimy o podanie minimalnej pojemności „dużych” myjni-dezynfektorów. Większość standardowych myjni pozwala na jednorazowe mycie i dezynfekcję 1 basenu wraz z pokrywką oraz 1 kaczki lub 3 kaczek”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga „dużych” myjni-dezynfektorów o minimalnej pojemności komory myjącej 70L.

Treść pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o pojemności 2 baseny z pokrywkami i 4 kaczki? Wg posiadanej przez nas wiedzy na rynku nie występują urządzenia, które pozwalałyby na mycie w ciągu 1 cyklu 4 misek do mycia pacjenta i 4 kaczek”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie o pojemności 2 baseny z pokrywkami i 4 kaczki.

Treść pytania:

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Prosimy o podanie min. średnicy oraz ilości misek, które miałyby być myte w zaoferowanym urządzeniu”.

Odpowiedź:

Średnica misek, które miałyby być myte w urządzeniu to 30 cm, a ilość to minimum 4 sztuki.





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Ze względu na fakt, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego / neutralizującego (kwasowy). Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści myjnie wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne.

Treść pytania:

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając, aby myjnie o dużej pojemności były wyposażone jedynie w trzy obrotowe spryskiwacze oraz 4 dysze stałe? Tak niewielka ilość dysz natryskowych nie gwarantuje uzyskiwania dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji. Myjnie wiodących producentów posiadają po 12-14 dysz natryskowych, z czego min. 7 są dyszami obrotowymi”

Odpowiedź:

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej.

Treść pytania:

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach komory pozwalających na swobodny załadunek 2 basenów wraz z pokrywkami oraz 4 kaczek? Podanie konkretnych wymiarów jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązania, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzeń.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie ze swobodnym załadunkiem 2 basenów wraz z pokrywkami oraz 4 kaczek.

Treść pytania:

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 60 x 60 x 169,5 cm co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki załadunkowi na wyższej wysokości (ok. 70 cm) oferowane przez nas urządzenia zapewniają znacznie bardziej ergonomiczną pracę personelu.”



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane myjnie były wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści myjnie będące wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Treść pytania:

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były zarejestrowane jako wyroby medyczne w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenia zarejestrowane jako wyroby medyczne w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Treść pytania:

Pytanie 10 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o mocy i wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Producenci myjni tak dobierają parametry podzespołów (np. pomp), aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji. Wymaganie zastosowania pompy o konkretnych parametrach nie ma uzasadnienia merytorycznego.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie z pompą obiegową o mocy i wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia.

Treść pytania:

Pytanie 11 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfekторы).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o masie <115 kg? Miejsca, w których ustawiane są myjnie (najczęściej brudowniki) charakteryzują się znacznie wyższą nośnością stropów więc wprowadzenie



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

wymogu maksymalnej masy urządzenia na poziomie 102kg nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanej masie.

Treść pytania:

Pytanie 12 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym urządzeniu można było stosować środki chemiczne różnych producentów? Rozwiązanie takie pozwala na optymalizację kosztów użytkowania urządzenia, zwłaszcza w okresie gwarancji, kiedy stosowanie innych środków niż dostarczone przez dostawcę może powodować utratę gwarancji”.

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 13 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię z załadunkiem od frontu urządzenia? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej ergonomiczne od opisanego w SIWZ załadunku „od góry”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie z załadunkiem od frontu urządzenia.

Treść pytania:

Pytanie 14 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system mycia składający się z centralnej, rotacyjnej głowicy myjącej oraz 5 dysz natryskowych? Producenci urządzeń dobierają ilość oraz umiejscowienie dysz myjących w zależności od budowy urządzenia i kształtu komory mycia tak, by uzyskać jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie wyposażoną w proponowany system mycia.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 15 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system mycia składający się z dwóch centralnych, obrotowych głowic myjących, 7 rotacyjnych dysz natryskowych, 4 dysz stałych oraz ramienia natryskowego do mycia powierzchni zewnętrznych, co gwarantuje uzyskiwanie doskonałych rezultatów mycia i dezynfekcji”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie wyposażoną w system mycia składający się z proponowanych głowic i dysz.

Treść pytania:

Pytanie 16 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach komory pozwalających na swobodny załadunek basenu wraz z pokrywką oraz 2 kaczek? Podanie konkretnych wymiarów jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązania, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzeń”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach komory pozwalających na swobodny załadunek basenu wraz z pokrywką oraz 2 kaczek.

Treść pytania:

Pytanie 17 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 45 cm (szerokość), 50 cm (głębokość), 132 cm (wysokość), co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki załadunkowi na wyższej wysokości oferowane przez nas urządzenia zapewniają znacznie bardziej ergonomiczną pracę personelu”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 18 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 54,5 cm (szerokość), 47,5 cm (głębokość), 163 cm (wysokość), co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki załadunkowi na wyższej



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

wysokości oferowane przez nas urządzenia zapewniają znacznie bardziej ergonomiczną pracę personelu”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 19 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając, aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w pompę o wydajności min. 16 l/min? Tak niska wydajność nie gwarantuje uzyskiwania dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji, a ponadto znacznie wydłuża czas trwania procesu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, wskazał jedynie minimalny wskaźnik wydajności pompy – niemniejszy niż 16 l/min.

Treść pytania:

Pytanie 20 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia pozwalały na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych *Clostridium Difficile*, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej instytucji badawczej?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenia pozwalające na proponowane działanie.

Treść pytania:

Pytanie 21 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory).

„Czy Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym urządzeniu można było stosować środki chemiczne różnych producentów? Rozwiązanie takie pozwala na optymalizację kosztów użytkowania urządzenia, zwłaszcza w okresie gwarancji, kiedy stosowanie innych środków niż dostarczone przez dostawcę może powodować utratę gwarancji”.

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 22 (Dotyczy zapisów SIWZ pkt. XI).



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

*„Prosimy o wyjaśnienie, której części dotyczy wymóg wpłaty wadium w wysokości 225,00 zł brutto?
Czy podana kwota jest taka sama dla każdej części przedmiotu zamówienia?”*

Odpowiedź:

Złożenie wadium we wskazanej kwocie dotyczy tylko jednej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części, wnosi się wielokrotność wadium.

Treść pytania:

Pytanie 23 (Dotyczy wzoru umowy).

*„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 4 ust. 4 poprzez nadanie mu brzmienia:
„4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Sprzedawcy?”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w brzmieniu określonym w pytaniu.

Treść pytania:

Pytanie 24 (Dotyczy wzoru umowy).

*„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
„1. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 7% ceny brutto określonej w § 3 ust.1?”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w brzmieniu określonym w pytaniu.

Treść pytania:

Pytanie 25 (Dotyczy wzoru umowy).

*„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 5 ust. 3 poprzez dodanie zdania trzeciego o treści:
„Za dzień potrącenia należy rozumieć dzień doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o potrąceniu złożonego przez Kupującego w przewidzianej prawem formie?”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w brzmieniu określonym w pytaniu.