



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

**Treść pytania:**

***Pytanie 1 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 211 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.

**Treść pytania:**

***Pytanie 2 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 86 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej szerokości leża.

**Treść pytania:**

***Pytanie 3 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 103 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej całkowitej szerokości.

**Treść pytania:**

***Pytanie 4 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).***

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją leża w zakresie 41-81 cm?”*





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka z regulacją leża w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 5 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją w zakresie 39-79 cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z regulacją w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 6 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0-17°?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyłu anty-Trendelenburga w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 7 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 10 cm z blokadą?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w cztery antystatyczne koła o proponowanej średnicy.

**Treść pytania:**

**Pytanie 8 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I).**

„Czy Zamawiający dopuści szafkę z wymiarem regulowanego blatu 55 x 34 cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę z proponowanym wymiarem regulowanego blatu.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

**Pytanie 9 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem opuszczania poręczy bocznych wykonanym z aluminium i tworzywa?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z systemem opuszczania poręczy bocznych wykonanym wyłącznie z aluminium.

**Treść pytania:**

**Pytanie 10 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblową o grubości 18 mm i pojedynczą płytą meblową o grubości 8 mm odporną na uszkodzenia?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblową o grubości 18 mm i pojedynczą płytą meblową o proponowanej grubości.

**Treść pytania:**

**Pytanie 11 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblową o grubości 18 mm i pojedynczą płytą meblową o grubości 10 mm, odporna na uszkodzenia?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblową o grubości 18 mm i pojedynczą płytą meblową o proponowanej grubości.

**Treść pytania:**

**Pytanie 12 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kółkami o średnicy 125 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z kółkami o proponowanej średnicy.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

**Pytanie 13 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem o podwyższonej odporności na ciecz o IPV6 wyposażony w blokadę wszystkich funkcji za pomocą kluczyka mechanicznego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z pilotem o podwyższonej odporności na ciecz o IPV6 wyposażonym w blokadę wszystkich funkcji za pomocą kluczyka mechanicznego.

**Treść pytania:**

**Pytanie 14 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.

**Treść pytania:**

**Pytanie 15 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2170 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.

**Treść pytania:**

**Pytanie 16 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 2020 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z leżem o proponowanej długości.

**Treść pytania:**

**Pytanie 17 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 890 mm?”



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z leżem o proponowanej szerokości.

**Treść pytania:**

**Pytanie 18 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 375-775 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 19 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II).**

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.