



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe).

„Czy Zamawiający dopuści wymiary wanny: możliwość trzystopniowej regulacji długości: 185-190-195 cm?“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę prysznicową o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe).

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 57-87 cm?“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę z elektryczną regulacji wysokości w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe).

„Czy Zamawiający dopuści wannę z pochylem wzdłużnym (głowa u góry) która nie jest pełną pozycją anty-trendelenburga?“

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wanny z możliwością pełnej pozycji anty-trendelenburga.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe).

„Czy Zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego koła, bez centralnej blokady kół?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z zaproponowanym rozwiązaniem jezdnym.

Treść pytania:

Pytanie 5 (Dotyczy część nr 7 – Wózki kąpielowo-sanitarne przeznaczone do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej).

„Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość krzeselka 47,9 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o proponowanej całkowitej szerokości krzeselka.

Treść pytania:

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia: minimalne położenie 33,3 cm (+- 3cm), maksymalne położenie 157,3 cm (+- 3cm)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany zakres podnoszenia.

Treść pytania:

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w zakresie: 75,5 cm-137,1 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła: kąpielową i uniwersalną (transportową), wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej, z możliwością zdejmowania, w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze L?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła wykonane z proponowanej tkaniny.

Treść pytania:

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na poziomie 182 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze na proponowanym poziomie.

Treść pytania:

Pytanie 10 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną, klasy III, z wyświetlaczem cyfrowym (udźwig w zakresie od 2-200kg przy SWL 182kg)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną klasy III o proponowanym udźwigu.

Treść pytania:

Pytanie 11 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia: minimalne położenie 42 cm maksymalne położenie 166 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zakres podnoszenia o proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 12 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w zakresie: 75,5 cm-137,1 cm?”



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 13 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła: kąpielową i uniwersalną (transportową), wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej, z możliwością zdejmowania, w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze L?“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła wykonane z proponowanej tkaniny.

Treść pytania:

Pytanie 14 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki).

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na poziomie 182 kg?“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze na proponowanym poziomie.