



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy do leczenia odleżyn do II stopnia włącznie o wymiarach 196 x 86 x 12,7 cm? Wymiary materaca są dostosowane do łatwego umieszczania w łóżku o wymiarach 200 x 90 cm. Wymóg Zamawiającego, aby materac miał 200 cm długości, będzie niewygodnym rozwiązaniem, ponieważ ciężko go będzie umiejscowić na ramie łóżka?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy o proponowanych wymiarach, ale nie dopuści materaca przeciwoleżynowego do leczenia odleżyn do II stopnia włącznie.

Treść pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z dedykowaną pompą ze stopniową regulacją ciśnienia na podstawie wagi pacjenta? Takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze dla Zamawiającego, ponieważ na podstawie tabelki i znajomości wagi pacjenta, można świadomie wybrać najlepszą opcję dla leczenia i wygody pacjenta?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z proponowaną pompą.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z manualną regulacją utrzymywanego ciśnienia w zakresie od 30 – 60 mmHg? Taki zakres jest całkowicie wystarczający do skutecznej terapii?“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z manualną regulacją utrzymywanego ciśnienia w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z dedykowaną pompą o poborze mocy 7,5W? Jest to minimalna różnica względem wymagań Zamawiającego i w żaden sposób nie wpłynie na poprawną terapię zapobiegającą odleżynom.“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z dedykowaną pompą o proponowanym poborze mocy.

Treść pytania:

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z manualną regulacją utrzymywanego ciśnienia w zakresie od 30 – 60 mm Hg? Taki zakres jest całkowicie wystarczający do skutecznej terapii.“

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z manualną regulacją utrzymywanego ciśnienia w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwoleżynowe wersja I).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy z maksymalnym obciążeniem do 200 kg? Jest to parametr znacznie lepszy niż wymaga Zamawiający i może tylko przyczynić się do poprawnej terapii.“



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z maksymalnym obciążeniem do 200 kg.

Treść pytania:

Pytanie 7 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez funkcji maksymalnego wypełnienia?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy materaca przeciwodleżynowego bez funkcji maksymalnego wypełnienia.

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez systemu dotleniania AIR?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez systemu dotleniania AIR.

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II).

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą o poborze mocy 7,5W?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą o proponowanym poborze mocy.