



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 27 – Aparat EKG).

„Czy Zamawiający dopuści Aparaty EKG o wymiarach: długość: 29,5 cm; szerokość: 22,5 cm; wysokość: 6,5 cm i o wadze 1,6 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparaty EKG o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 27 – Aparat EKG).

„Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby w skład zestawu wchodziło: dwunastokanałowy elektrokardiograf, wózek medyczny i drukarka laserowa. Jeśli Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał drukarkę laserową to czy zamawiający dopuści wydruk na drukarce laserowej dedykowanej do oferowanego aparatu i zaoferowanej w ofercie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ w części nr 27, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu, w skład którego będzie wchodził 12-kanałowy elektrokardiograf, wózek medyczny i drukarka laserowa. Ponadto Zamawiający wymaga wydruku w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 27 – Aparat EKG).

„Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość połączenia z siecią LAN/Ethernet poprzez kabel ethernetowy i możliwość wysyłania emaila z aparatu na dowolną skrzynkę mailową?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w zestawie kabla ethernetowego i dopuści możliwość wysyłania e-maila z aparatu na dowolną skrzynkę mailową.