



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 27 – Aparaty EKG).

„Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada długość zapisu badania automatycznego wynoszący 10 sekund?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wyłącznie aparat EKG o regulowanej długości zapisu badania automatycznego.

Treść pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 27 – Aparaty EKG).

„Czy jeżeli wykonawca zaoferuje aparat EKG z drukarką laserową i możliwością wydruku na drukarce wbudowanej w aparat o szerokości papieru 112 mm i wydruku na zaoferowanej drukarce laserowej ale bez możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6, czy wymienione powyżej parametry spełnią wymagania zamawiającego?”

Odpowiedź:

Jeżeli zaoferowany aparat EKG ma wbudowaną drukarkę o szerokości papieru 112 mm i posiada drukarkę laserową w zestawie, wówczas taki aparat EKG spełni wymagania określone przez Zamawiającego.