



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 10/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia część 2.

Treść pytania:

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 3 – Wózki zabiegowe).

„Czy Zamawiający dopuści wózki zabiegowe o poniższych parametrach?

- *Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia) 72 cm i 61 cm, wyposażony w:*
 - 1) *szafkę stalową (wymiar 65 cm x 55 cm, lakierowana proszkowo, fronty szuflad i uchwyty wykonane z tworzywa ABS, uchwyty w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z trzema szufladami na prowadnicach łożyskowych*
 - 2) *wysuwany blat wykonany z tworzywa, z lewej strony wózka*
 - 3) *blat górny / roboczy posiadające wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka*
 - 4) *cztery koła o średnicy 15 cm, w tym dwa z blokadą*
 - 5) *podstawę stalową osłoniętą tworzywową osłoną*
- *Wózek na stelażu z profilu stalowego lakierowanego proszkowo z możliwościami montażu dodatkowego wyposażenia*
- *W skład dodatkowego wyposażenia wchodzi:*
 - a) *jedna szyna ze stali nierdzewnej do zawieszenia dodatkowego osprzętu*
 - b) *pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem, mocowany do korpusu, z boku wózka*
 - c) *pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej, mocowany do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka*
 - d) *trzy uchylne, tworzywowe kuwety z boku wózka, np. na akcesoria (wymiar każdej kuwety ok: 40 cm x 15 cm x 20 cm)*
 - e) *uchwyt na pudełko rękawiczek ze stali lakierowanej mocowany do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka*
 - f) *wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości*





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

- g) *półka nadblatowa ze stali nierdzewnej, mocowana do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka, z możliwością regulacji wysokości?”*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózki zabiegowe o proponowanych parametrach.