



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
http://www.zol.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 10/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia część 2.

**Treść pytania:**

**Pytanie 1 (Dotyczy część nr 2 – Wanny prysznicowe).**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny prysznicowej o parametrach:



<b>Szerokość całkowita</b>	73 cm
<b>Długość całkowita</b>	209,5 cm
<b>Wysokość całkowita</b>	87 – 125,5 cm
<b>Szerokość dna wanny</b>	56 cm
<b>Długość dna wanny</b>	186 cm
<b>Wysokość do dna wanny</b>	54,5 – 93 cm,
<b>Waga</b>	70 kg
<b>Obciążenie dopuszczalne</b>	180 kg
<b>Pozycja Trendelenburga</b>	0° – 6°
<b>Pozycja antyTrendelenburga</b>	0° – 10°

*Spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wanny prysznicowej o proponowanej całkowitej długości.