



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielných w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielných w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)

„Czy Zamawiający wymaga w komplecie z podnośnikiem dwóch podwieszek: kąpielowej i uniwersalnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w komplecie dwóch podwieszek: kąpielowej i uniwersalnej.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika elektrycznego o maksymalnym obciążeniu do 150 kg i parametrach:

- najniższa pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu – 728 mm
- maksymalna pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu – 1740 mm
- zakres podnoszenia (zakres wysokości) – 1012 mm
- długość ramienia – 1000 mm
- długość całkowita – 1115mm
- minimalny rozstaw ramion – 463 mm
- maksymalny rozstaw ramion – 833 mm
- wysokość kolumny / wysokość ramy – 1115 mm
- Posiadający możliwość podnoszenia pacjenta z podłogi?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny o proponowanych parametrach.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 5, poz. 3 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)

„Czy Zamawiający dopuści chodziki o poniższych parametrach?

- *Balkonik aluminiowy czterokołowy z regulacją wysokości siedziska*
- *Składany,*
- *posiada uchwyt na kule,*
- *siedzisko,*
- *uchwyty ergonomiczne,*
- *regulacja wysokości rączek,*
- *regulacja wysokości siedziska,*
- *koszyk na zakupy,*
- *blokada składania.*

Dane techniczne:

szerokość: 610 mm

długość: 680-795 mm

wysokość: 845-985 mm

wys. siedziska: 555-625 mm

szer. siedziska: 360 mm

głęb. siedziska: 360 mm

waga : 7,2 kg

max. obciążenie: 136 kg

koła \varnothing 200x35 mm?”



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści chodziki o proponowanych parametrach.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków lakierowanych proszkowo spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków lakierowanych proszkowo spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)

„Czy Zamawiający wymaga aby wózki posiadały dwa systemy hamulcowe tj. postojowy dla pacjenta i bębnowy dla opiekuna?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści wózki z proponowanymi systemami hamulcowymi.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o demontowanych bez potrzeby użycia narzędzi szczytach, które są w całości wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o demontowanych szczytach wykonanych z proponowanego tworzywa.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 830 mm oraz długości 1900 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanych wymiarach leża.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnym w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulowanej wysokości leża w zakresie 360 - 710 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o regulowanej wysokości leża w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji przechyłu Trendelenburga w zakresie: 0 -12 stopni oraz anty-Trendelenburga w zakresie: 0 - 12 stopni?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o regulacji przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści pilot do regulacji funkcji łóżka wyposażony w 6 podświetlanych przycisków, nie posiadający blokady za pomocą kluczyka oraz bez diody LED?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pilota do łóżka nieposiadającego blokady za pomocą kluczyka i bez diody LED.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści konstrukcję pantografową łóżka podpierającą leże w 4 punktach, gwarantującą stabilność leża?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji pantografowej podpierającej leże według proponowanej ilości punktów.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 12 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z cyklem pracy wynoszącym 6 minut? Parametr ten jest skuteczniejszy w zapobieganiu powstawania odleżyn?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym cyklem pracy.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach 32 x 10 x 14 cm o masie poniżej 2 kg o obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompę o proponowanym parametrach.

