



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielných w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 6/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielných w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

**Treść pytania:**

***Pytanie 1 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)***

*„Czy Zamawiający dopuści materac z pompą w obudowie tworzywowej, dzięki czemu pompa jest lżejsza i praktyczniejsza?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści materac z pompą w proponowanej obudowie.

**Treść pytania:**

***Pytanie 2 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)***

*„Czy materac ma posiadać wyświetlacz na panelu pompy, wyświetlający ustawioną wagę pacjenta?”*

**Odpowiedź:**

Posiadanie proponowanego wyświetlacza na panelu pompy nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

**Treść pytania:**

***Pytanie 3 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)***

*„Czy materac ma posiadać funkcję zwiększenia ciśnienia w odcinku lędźwiowym podczas pobytu pacjenta w pozycji siedzącej?”*

**Odpowiedź:**

Posiadanie proponowanej funkcji nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

**Pytanie 4 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)**

„Czy Materac ma posiadać dodatkową, odpinaną kieszeń ma materac piankowy, podkładowy, zabezpieczający pacjenta przed leżeniem bezpośrednio na leżu w przypadku uszkodzenia komór i braku ciśnienia w materacu?”

**Odpowiedź:**

Posiadanie proponowanej dodatkowej kieszeni nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

**Treść pytania:**

**Pytanie 5 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)**

„Czy Zamawiający dopuści podnośnik z maksymalnym położeniem ramienia na poziomie 159 cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści podnośnik o maksymalnym położeniu ramienia na proponowanym poziomie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 6 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)**

„Czy Zamawiający dopuści podnośnik o maksymalnym obciążeniu 180 kg? Parametr ten jest lepszy od wymaganego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym obciążeniu.

**Treść pytania:**

**Pytanie 7 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)**

„Czy zostanie dopuszczony do przetargu wózek inwalidzki z tapicerką z materiału AirFlow. (Zapewnia odpowiednią wentylację) zamiast tapicerki nylonowej, pozostałe parametry zgodne z opisem. Podany opis wózka TGR-R WA 163 jest już nieprodukowany?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z proponowaną tapicerką.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niezależnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

#### **Treść pytania:**

##### **Pytanie 8 (dot. część nr 1, poz. 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)**

„Czy Zamawiający dopuści ślizgi o następującym opisie:

*Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta, łamana, o wymiarze 170-185 cm (długość) i 48-55 cm (szerokość). Śliska powłoka umożliwi przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in. do i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety. Dopuszczalne obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niezależnych. Płyta wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego z pokrowcem (powłoka) z nylonu?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści ślizgi o proponowanym opisie.

#### **Treść pytania:**

##### **Pytanie 9 (dot. część nr 1, poz. 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)**

„Czy Zamawiający dopuści ślizgi o następującym opisie:

*Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta, łamana, o wymiarze 175-185 cm (długość) i 48-55 cm (szerokość). Śliska powłoka umożliwi przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in. do i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety. Dopuszczalne obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niezależnych. Płyta wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego z pokrowcem (powłoka) z nylonu?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści ślizgi o proponowanym opisie.

#### **Treść pytania:**

##### **Pytanie 10 (dot. część nr 1, poz. 2 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)**

„Czy Zamawiający dopuści pasy o następującym opisie:

*Pasy do przenoszenia chorego wykonane ze wzmocnionej tkaniny z możliwością regulacji długości (125-135 cm), o szerokości (11-15 cm), przednim zapięciem (klamra), materiałem antypoślizgowym (od wewnętrznej strony) i uchwytami (min. 5 od zewnętrznej strony)?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści pasy o proponowanym opisie.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

**Pytanie 11 (dot. część nr 1, poz. 3 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)**

„Czy Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o następującym opisie:

*Deski służą to transferu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki. Niełamana, o wymiarach całkowitych 70-75 cm x 20-35 cm, dopuszczalne obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykonana z tworzywa przeznaczonego do dezynfekcji?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o proponowanym opisie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 12 (dot. część nr 1, poz. 3 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)**

„Czy Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o następującym opisie:

*Deski służą to transferu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki. Łamana, o wymiarach całkowitych 60-75 cm x 30-35 cm, dopuszczalne obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykonana z tworzywa przeznaczonego do dezynfekcji?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o proponowanym opisie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 13 (dot. część nr 7, poz. 1 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)**

„Czy Zamawiający dopuści pionizator statyczny o następującym opisie:

*Stabilny z możliwością przyjęcia biernej pozycji stojącej, z systemem ergonomicznych obejm (piersiowo-biodrowych), na stelażu z kołami jezdnyymi wyposażonymi w hamulce, z podestem ze stabilizatorami stóp, regulowanym stabilizatorem kolan z pelotami, o wymiarach: szerokość 60-80 cm, długość 87-112 cm, wysokość 105-118 cm, szerokość i wysokość peloty piersiowo-biodrowej dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, dostępne rozmiary tych pelot: XS, S, M, L, XL, z maksymalnym obciążeniem 200 kg, długością stopki dostosowaną do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych?”*





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści pionizator statyczny o proponowanym opisie.

**Pytanie 14 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)**

„Czy Zamawiający dopuści podnośnik o następującym opisie:

*Zakres podnoszenia: minimalne położenie ramienia 44 – 73 cm, maksymalne położenie ramienia 175 – 195 cm, możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 60 – 100 cm, maksymalne obciążenie podnośnika: ≤ 150 kg, elektrycznie regulowana wysokość, rama jezdna/podwozie zaopatrzona w kółka (4), w tym dwa z hamulcami (blokada tylnych kółek), metalowa rama podnośnika malowana proszkowo”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym opisie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 15 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)**

„Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości całkowitej.

**Treść pytania:**

**Pytanie 16 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)** „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości leża.

**Treść pytania:**

**Pytanie 17 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)** „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie: 395 - 790 mm?”





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

**Pytanie 18 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)** „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie kąt przechyłu Trendelenburga wynosi 0 – 16 o, a kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15°?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanym kącie przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

**Treść pytania:**

**Pytanie 19 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)** „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga elektrycznej regulacji kąta przechyłu Trendelenburga i kąta przechyłu anty-Trendelenburga?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

**Treść pytania:**

**Pytanie 20 (dot. część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji tej części Zamówienia do 60 dni?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji tej części zamówienia.

**Treść pytania:**

**Pytanie 21 (dot. część nr 8 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego IV: urządzenia medyczne)**

„Czy Zamawiający dopuszcza koncentrator o przepływie do 5 litrów/ minutę?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści koncentrator o proponowanym przepływie.

