



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnym w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 6/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnym w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki)

„Czy Zamawiający dopuści przedział podnoszenia ramienia podnośnika 421/1647 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mamy możliwość łatwiejszego podnoszenia pacjenta bezpośrednio z ziemi!”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik z proponowanym przedziałem podnoszenia ramienia.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 5, poz. 4 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz nr 4 balkonika o parametrach?”

materiał wykonania	aluminium
waga	12,5 kg
zakres regulacji szerokości	67,5 – 75 cm
długość	82 cm
zakres regulacji wysokości podpór ramion	100 – 123 cm
obciążenie	do 135 kg
hamulce kół przednie	dwa hamulce zintegrowane z kołami
hamulce kół tylnych	dwa hamulce zintegrowane z kołami, z regulatorem prędkości chodu
średnica kół	30 x 100 mm





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści balkonik o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 5, poz. 4 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balkoników o parametrach;

OPIS:

*solidna aluminiowa konstrukcja
miękkie podłokietniki z możliwością regulacji wysokości
ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie
możliwość regulacji kąta oraz długości uchwytów
tylne kółka z hamulcem
produkt medyczny, atestowany*

PARAMETRY TECHNICZNE:

*Całkowita szerokość podstawy 71 cm
Całkowita głębokość podstawy 86 cm
Całkowita wysokość chodnika (od rączki do podłogi) 117-145 cm*

Wymiary podłokietnika:

*Szerokość 62 cm
Głębokość 49 cm
Wysokość 7 cm
Masa ambony 9,8 kg
Maksymalne obciążenie ambony: 136 kg?”*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści balkonik o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości całkowitej.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 1, poz. 1 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)

„Czy Zamawiający dopuści płytę o długości 190 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści płytę o proponowanej długości.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 1, poz. 1 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)

„Czy Zamawiający dopuści płytę ślizgową z pokrowcem- śliską powłoką umożliwiającą przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in. do i z łóżka, wózka inwalidzkiego?

Płyta ślizgowa spełniająca parametry ze względu na duże rozmiary nie jest odpowiednia do przenoszenia unieruchomionych pacjentów m.in. do i z krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści płytę ślizgową z proponowanym pokrowcem.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 1, poz. 1 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)

„Czy Zamawiający dopuści płytę wykonaną ze specjalnego wytrzymałego tworzywa plastazote, czyli spienionego poliuretanu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści płytę wykonaną z proponowanego tworzywa.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 1, poz. 3 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)

„Czy Zamawiający dopuści deskę o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?”





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści deskę o proponowanym obciążeniu.

