



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielných w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielných w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoodleżynowe)

„Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?”

Odpowiedź:

Oferowane materace mają być przeznaczone do 2. stopnia odleżyn.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoodleżynowe)

„Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału Nylon?”

Odpowiedź:

Zamawiający określił materiał z jakiego ma być wykonany pokrowiec (Nylon z PU), ale dopuści pokrowiec wykonany z proponowanego materiału.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoodleżynowe)

„Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału PU?”

Odpowiedź:

Zamawiający określił materiał z jakiego ma być wykonany pokrowiec (Nylon z PU), ale dopuści pokrowiec wykonany z proponowanego materiału.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?”

Odpowiedź:

Posiadanie proponowanego pokrowca materaca odpornego na temp. gotowania nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pokrowiec materaca ma być ognioodporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pokrowiec materaca ognioodporny z odpowiednimi badaniami.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy materac ma być przystosowany do układania i mocowania na spodnim materacu gąbkowym?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac przystosowany do układania i mocowania na spodnim materacu gąbkowym.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy materac ma być tzw. matercem samonośnym przeznaczonym do bezpośredniego układania na ramie łóżka?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego rodzaju materaca, ale dopuści materac z propopowanym przeznaczeniem.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy komory materaca mają posiadać tzw. zabezpieczenie przeciwrótacyjne?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac, którego komory posiadają proponowane zabezpieczenie.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac, którego komory posiadają proponowane rozwiązanie.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy materac ma posiadać tzw. Air system; system wentylowania ciała pacjenta?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez materac proponowanego systemu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniową (zakres ok. 50-100 mmHg)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z proponowaną pompą ciśnieniową.

Treść pytania:





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie 12 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20-50 mmHg)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z proponowaną pompą ciśnieniową.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra-niskociśnieniową (zakres ok. 10-30 mmHg) (parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej)?”

Odpowiedź:

Pompa ultra-niskociśnieniowa do najbardziej zaawansowanych odleżyn nie jest wymagana. Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią, oferowane materace mają być przeznaczone do odleżyn 2. stopnia.

Treść pytania:

Pytanie 14 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy? Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego alarmu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 15 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawy czasu cyklu pracy trybu zmiennego co 5 minut?”





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego ustawienia czasu cyklu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 16 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która uniemożliwia dokonanie przypadkowej zmiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego rozwiązania nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 17 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 18 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 19 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 20 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 21 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego rozwiązania nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 22 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę materaca zasilającą dwie sekcje.

Treść pytania:





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie 23 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma zasilać trzy sekcje materaca??”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę materaca zasilającą trzy sekcje.

Treść pytania:

Pytanie 24 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego filtra nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 25 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy zasysanego powietrza?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego filtra nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

Treść pytania:

Pytanie 26 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny?”

Odpowiedź:

Posiadanie przez pompę zasilającą materac wyświetlacza ciekłokrystalicznego nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia. We wcześniejszych odpowiedziach Zamawiający dopuścił pompę z wyświetlaczem.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 27 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe)

„Czy Zamawiający posiada dla współpracy w zakresie sterylizacji i dezynfekcji materacy placówkę, która zgodnie z procedurami ISO będzie odpowiadać za przekazywanie kolejnym użytkownikom materac septycznych, i będzie w tym zakresie odpowiedzialna wobec Ustawy o Wyrobach Medycznych?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

Pytanie 28 (dot. część nr 1, poz. 2 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasów o szerokości 11 cm, posiadających rozmiary S-XL o stałych wymiarach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pasy o proponowanej szerokości.

Treść pytania:

Pytanie 29 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków nie posiadających kieszeni w oparciu wózka, spełniających pozostałe wymagane parametry?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózki bez kieszeni w oparciu.

