



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielných w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielných w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.

### **Treść pytania:**

#### **Pytanie 1 (dot. część nr 7, poz. 1-3)**

*„Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z poziomem AQL = 1.5, pozostałe parametry bez zmian.”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści rękawic z proponowanym poziomem AQL.

### **Treść pytania:**

#### **Pytanie 2 (dot. część nr 8, poz. 1)**

*„Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:*

*Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, z rantem, pasujące na obie dłonie. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,07mm (+/- 0,01 mm). AQL 1,5. Przebadane na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii I zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4. Rozmiar S, M, L, w opakowaniu 100 szt.”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca, natomiast w kwestii dopuszczenia rękawic o poziomie AQL 1,5, Zamawiający odsyła do kryteriów oceny ofert w tej pozycji, gdzie wskazanie poziomu AQL jest jednym z nich.

Ponadto Zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015, a badania z jednostki niezależnej od producenta, potwierdzające powyższy fakt należy obowiązkowo złożyć wraz z ofertą, jako dokument potwierdzający, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (SIWZ, IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, pkt. 1, lit. d, podpunkt 2).





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niezależnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

**Pytanie 3 (dot. część nr 7, poz. 1-3)**

„Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rękawice w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości.

**Treść pytania:**

**Pytanie 4 (dot. część nr 7, poz. 1-3)**

„Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10 mm ( $\pm 0,01$ mm) oraz poziomem AQL 1,5?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości na palcu, natomiast nie dopuści rękawic z proponowanym poziomem AQL.

**Treść pytania:**

**Pytanie 5 (dot. część nr 8)**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm oraz poziomem AQL 1,5?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości na palcu, natomiast w kwestii dopuszczenia rękawic o poziomie AQL 1,5, Zamawiający odsyła do kryteriów oceny ofert w tej pozycji, gdzie wskazanie poziomu AQL jest jednym z nich.

