



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielných w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielných w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 7)

„W kryterium oceny ofert dla części nr 7 Zamawiający określił, że przyzna dodatkową punktację Wykonawcom, którzy zaoferują produkty w opakowaniu z otworem zabezpieczonym folią. Należy podkreślić, że wymóg ten powoduje, iż dostarczany do Zamawiającego przedmiot zamówienia, będzie stał nie tylko w opozycji do ochrony środowiska, ale przede wszystkim stanowił istotne ryzyko dla personelu. Z uwagi na przeznaczenie produktu użytkownicy będą zdecydowanie bardziej narażeni na zakażenia pochodzące z opakowania. Opakowanie zawierające 100 sztuk rękawic oznacza 100-krotne dotknięcie folii zabezpieczającej otwór. Folia zabezpieczająca otwór rękawic każdorazowo po pobraniu rękawic z pudełka jest dotykana przez „gołe” ręce personelu, co bezsprzecznie wpływa na zwiększone ryzyko kontaminacji.

Powodem niekorzystnego wpływu na środowisko, jest opakowanie wykonane z dwóch rodzajów surowców, tj. z papieru oraz tworzywa sztucznego (folii), co bezsprzecznie utrudnia recykling. Aby poddać opakowanie papierowo-foliowe recyklingowi, każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do rozdzielania dwóch różnych surowców, aby móc je prawidłowo przyporządkować do rodzajów odpadów. Należy podkreślić, iż brak recyklingu tj. segregacji odpadów jest niekorzystnym czynnikiem ekonomicznym i wpływa bezpośrednio na zwiększeniu kosztów związanych z utylizacją odpadów.

Pragniemy również przywołać treść ZAŁĄCZNIKA II: „ZASADNICZE WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADU OPAKOWAŃ ORAZ ICH PRZYDATNOŚCI DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU I ODZYSKU, W TYM RECYCLINGU” Dyrektywy 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, który stawia wymogi związane z produkcją i składem opakowań.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od oceny jakościowej dot. wymogu opakowania zabezpieczonego folią wewnętrzną.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od oceny jakościowej dot. wymogu opakowania zabezpieczonego folią wewnętrzną.





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 3 ust. 2, 4 i 5 projektu umowy terminu na rozpatrzenie oraz realizację reklamacji jakościowej i ilościowej do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 2 projektu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o zmianę § 7 ust. 1 lit. c. projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 7 ust. 1 lit. d. o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. zapisów Umowy)

„Wnosimy o zmianę § 7 ust. 2 projekt umowy poprzez nadanie mu następującej treści Zmiany umowy o których mowa w ust. 1 lit. a. , b. , oraz d. wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. SIWZ pkt XVII.1.Część 7 Kryterium Folia wewnętrzna zabezpieczająca opakowanie, przymocowana do opakowania na stałe, zapobiegająca kontaminacji towaru)

„Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia powyższego kryterium będzie wymagał załączenia do oferty próbek rękawic nitrylowych (Część nr 7) po 1 op. w rozmiarze S, M, L?”

Odpowiedź:

Tak.

