Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 4, poz. 3)

„Czy zamawiający z pakietu 4 wyłączy pozycję 3 w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączone łączniki uniwersalne. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami ENLock nie są już produkowane. Oczekiwanie przez Zamawiającego końcówek w standardzie EnLock - adapter przejściowy przeczy najnowszym rekomendacjom GEDSA, ponieważ sprzęt stosowany do obsługi żywienia dojelitowego jest produkowany w standardzie EnFit dla gwarancji bezpieczeństwa pacjentów. W związku powyższym łącznik jest zbędny gdyż w pakiecie 5 wymagacie Państwo zgłębnik do żywienia z łącznikiem En-fit, który jest łącznikiem standardowym do żywienia dojelitowego. Wyłączenie w/w pozycji pozwoli na złożenie ofert innym firmom z wysokiej jakości sprzętem konkurencyjnym także pod względem ekonomicznym ze standardowym łącznikiem En-fit, gdyż obecny zapis na to nie zezwala. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ."

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy pozycję nr 3 z części nr 4 do osobnej części, wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ, które od dnia dzisiejszego dostępne będą na stronie Zamawiającego. Zmodyfikowany będzie również termin składania i otwarcia ofert.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 4, poz. 4)

„Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycji 4 będzie wymagał Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60ml z końcówką typu ENFit oraz koreczkiem do zabezpieczenia strzykawki pakowanego razem ze strzykawką. Pozwoli to na zabezpieczenie strzykawki przed wylaniem leku/żywienia."

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał, ale dopuści oba rodzaje strzykawek, to znaczy zaopatrzone i niezaopatrzone w taki koreczek.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. kryterium oceny ofert – część 1 i 2)

„Czy pod pojęciem „Port zabezpieczający przed przypadkowym wylaniem" Zamawiający ma na myśli samozasklepiającą się membranę zabezpieczającą przed przypadkowym wylaniem diety?"

Odpowiedź:

Tak