Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
/pieczęć adresowa firmy/

OPIS ASORTYMENTU

Część nr 1 – Łóżka szpitalne (CPV: 33192120-9)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Łóżka szpitalne	Sterowane elektrycznie (za pomocą pilota wykonanego w całości z tworzywa sztucznego co najmniej 8-funkcyjnego z możliwością blokady za pomocą kluczyka; pilot wyposażony w diody LED informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota); konstrukcja umożliwiająca złożenie łóżka na stelażu transportowym; konstrukcja pantografowa (konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo); podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża; szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa typu ABS w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; wymiary zewn. łóżka: długość całkowita 2170 mm (+/- 30 mm), szerokość całkowita 970 mm (+/- 30 mm); wymiary leża: szerokość 900 mm (+/- 10 mm), długość 2000 mm (+/- 10 mm); leże segmentowe regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych; elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 350 - 810 mm (+/- 20 mm); regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota; opuszczane barierki boczne na całej długości leża (rozwiązanie dopuszczalne: barierki boczne na 3/4 długości leża, a na 1/4 specjalistyczne protektory); zabezpieczenie barierek bocznych przed	20			

		przypadkowym opuszczeniem; kąt przechyłu Trendelenburga minimum 0 - 15 º; kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18 º; kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75º (±5º); kąt regulacji oparcia uda w zakresie do 40º (±10º); część podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego; funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud; łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 125 mm (+/- 10 mm) z blokadą; gwarancja minimum 24 miesiące; wyposażenie łóżka: wysięgnik/uchwyt ręki o regulowanej długości oraz materac gąbkowy (długość 200 (±5 cm), szerokość 90 (±10 cm), twardość gąbki > T25, grubość 8 - 10 cm, materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny), materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych)				
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 2 – Balkoniki (CPV: 33193000-9)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion	Wykonane ze stali stopowej, posiada miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości: - wysokość podpór ramion: 100 - 125 cm, - całkowita długość 82 cm (+- 5 cm), - całkowita szerokość 67 cm - 75 cm, - maksymalne obciążenie ≥ 130 kg, - wyposażony w cztery koła	5			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny (CPV: 33192200-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Stół rehabilita-cyjny elektryczny	Stół rehabilitacyjny 2-częściowy na konstrukcji metalowej - z elektryczną regulacją wysokości 45-110 cm, - o wymiarach: 195-205 cm (długość), 70-80 cm (szerokość), - system jezdny z 4 kółkami, - w komplecie z regulowanym zagłówkiem z wycięciem na twarz (z zatyczką), - kolor konstrukcji i tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, - zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz, - maksymalny udźwig do 150-170 kg	1			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/