PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 7/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyposażenia medycznego.

Treść pytania:
Pytanie 1 (dot. część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny)
„Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 48 – 100 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, a aprobata wyrobu zwiększy konkurencyjność procedury."

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści pilot 8-funkcyjny, ergonomiczny z dużymi i czytelnymi piktogramami bez blokady za pomocą kluczyka?"

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści pilota bez blokady za pomocą kluczyka.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1900 x 820 mm z dedykowanym materacem dostosowanym do wymiarów leża?"

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści leże o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:
Pytanie 4 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości zakresie 370-700 mm? Proponowane

parametry tylko w nieznaczny sposób odbiegają od wymaganych i nie wpływają na walory użytkowe łóżka."

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.

Treść pytania:
Pytanie 5 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści standardową konstrukcję łóżka na stelażu transportowym (mobilnej podstawie), gdzie leże można złożyć do pozycji krzesła kardiologicznego?"

Odpowiedź:
Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez Zamawiającego, w ramach której łóżka są dowożone do domu osoby niesamodzielnej, Zamawiający wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu transportowym wraz ze szczytami i barierkami bocznymi.

Treść pytania:
Pytanie 6 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne łóżka (Trendleneburga i anty-Trendelenburga) w zakresie 12 stopni?"

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty- Trendelenburga w proponowanym zakresie.

Treść pytania:
Pytanie 7 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary łóżka wraz z krążkami odbojowymi 2130 x 1000 mm?"

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści proponowane wymiary łóżka.

Treść pytania:
Pytanie 8 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)
„Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 2000 x 850 mm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści leże o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 400-800 mm? Parametr ten w bardzo nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15º? Jest to wielkość całkowicie wystarczająca do wszystkich procedur."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty- Trendelenburga w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści mobilną konstrukcję łóżka ze stelażem, który umożliwia złożenie łóżka od pozycji autokonturu?"

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez Zamawiającego, w ramach której łóżka są dowożone do domu osoby niesamodzielnej, Zamawiający wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu transportowym wraz ze szczytami i barierkami bocznymi.

Treść pytania:

Pytanie 12 (dot. część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny)

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 470-970 mm? Parametr ten w bardzo nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność stołu."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 13

„Czy w związku z panującą obecnie sytuacją pandemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej bądź innych elektronicznych form komunikacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis sekcji X pkt. 2 SIWZ „Oferta wraz z załącznikami może być złożona wyłącznie **pisemnie**” - w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie ma możliwości złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Treść pytania:

Pytanie 14

„Czy zamawiający dopuści do postępowania termin wykonania zamówienia do 90 dni?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.