Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 12/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:
Pytanie 1 (dot. SIWZ)
„Zwracam się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo składanie ofert częściowych?”

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem sekcji IV pkt. 1 SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych”.
Zgodnie z zapisem sekcji IV pkt. 3 SIWZ „Zabrania się składania ofert częściowych w ramach danej części”.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dot. część nr 8 - Defibrylatory)
„Czy Zamawiający dopuszcza baterię o protokole energetycznym 150 J-150 J-200 J?”

Odpowiedź:
Nie.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dot. część nr 8 - Defibrylatory)
„Czy Zamawiający dopuszcza liczbę 100 wyładowań?

Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza reanimacją.
Ilość 300 wyładowań to zapas ponad 25 krotnie przekraczający realne zapotrzebowanie. jednocześnie w przypadku użycia AED w celu ratowania życia oferujemy bezpłatną nową baterię po każdej uzasadnionej akcji ratowniczej, co powoduje, że Zamawiający niezależnie od czasu i częstotliwości

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

używania AED po każdorazowej akcji będzie wyposażony w nową baterię zapewniającą kolejne 100 wyładowań."

Odpowiedź:
Nie.

Treść pytania:
Pytanie 4 (dot. część nr 8 - Defibrylatory)
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na defibrylator AED z baterią o trwałości 4 lata?

W defibrylatorach AED Samaritan Pad, które chcielibyśmy Państwu zaoferować, bateria o 4-letniej ważności zintegrowana jest z elektrodami o ważności także 4-letniej. Przy uzasadnionym użyciu AED w celu ratunkowym proponujemy otrzymanie takiej baterii nieodpłatnie, co pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów eksploatacji AED w przyszłości."

Odpowiedź:
Nie.

Treść pytania:
Pytanie 5 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)
„Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o wymiarach: długość 26 cm; szerokość 22 cm; wysokość 5,2 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do oceny aparat o proponowanej szerokości. Pozostałe wymiary odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.