Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 12/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 33, poz. 1 – Dozowniki)

„Czy życzą sobie Państwo dozownika:

a. *który jest na wersję NALEWANĄ dowolnego mydła a dozownik wytworzy pianę, tzn. mydło z kanistra (nie wymaga zakupu droższych wkładów i uzależnienia się od danego dostawcy),*
b. *wersję na WKŁADY – rozwiązanie droższe uzależniające dalsze zakupy być może od jednego dostawcy?*

Nasza firma ma do zaoferowania OBIE wersje, nalewane wersja 550 ml (zamiast 1000 ml) lub na wkłady 1000 ml, proszę o decyzje."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dozownika przystosowanego do wkładów o pojemności 1L.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 33, poz. 2 – Dozowniki)

„Proszę o podanie wymiaru ROLKI jaka ma pasować do dozownika, chodzi o podanie ŚREDNICY Ø rolki."

Odpowiedź:

Do dozownika na papier toaletowy, Zamawiający wymaga rolki papieru o średnicy 18-20 cm.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 33, poz. 3 – Dozowniki)

„Proszę o potwierdzenie że rolka ma być umieszczona w dozowniku w sposób pionowy?"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 33, poz. 3 – Dozowniki)

„Proszę o podanie wymiaru ROLKI ręcznika jaki ma pasować do dozownika, chodzi o podanie WYSOKOŚCI rolki oraz ŚREDNICY Ø rolki"

Odpowiedź:

Do dozownika do centralnego dozowania, Zamawiający wymaga rolki ręcznika o wysokości 20-22 cm i średnicy 18-19 cm.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 21, poz. 2 – Meble na wymiar)

„Proszę o informacje jak mniej więcej długie mają być uchwyty do szaf "Uchwyt długi z litego drewna, wyszlifowany, zabezpieczonym olejem."

Odpowiedź:

100-120 cm.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 21, poz. 3 – Meble na wymiar)

„Czy takiej samej długości uchwyty mają być także w poz. 3 "Komody wolnostojącej."

Odpowiedź:

Nie. Uchwyty do komód powinny mieć wymiar 28-32 cm.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 21 – Meble na wymiar)

„Czy w pozostałych meblach, gdzie nie ma opisu co do uchwytu, Zamawiający dopuszcza inne uchwyty (np. metalowe)?"

Odpowiedź:

Nie. W pozostałych pozycjach, gdzie nie ma opisu, Zamawiający wymaga uchwytów frezowanych. Zamawiający nie dopuszcza uchwytów metalowych.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy zamawiający, mając na uwadze obecną sytuacje pandemii, będzie wymagał by pokrowiec materaca miał możliwości skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy zamawiający będzie wymagał by pompa materaca miała możliwość wyboru czasu trwania dla trybu zmiennociśnieniowego 10 lub 20 minut?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pompa materaca pracowała w cyklu, obejmującym zakres 10-20 minut.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy zamawiający wymaga funkcji przepływu powietrza między komorami w sekcji tułowia, co zmniejsza powstawanie wilgoci pomiędzy skórą pacjenta a materacem?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści funkcję przepływu powietrza między komorami w sekcji tułowia.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)

„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o następujących parametrach urządzenia:

Lp.	Wymagania techniczne i eksploatacyjne	Parametr graniczny / warunek wymagany	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
1.	Zapis w trybie 12 odprowadzeń EKG	Tak podać	
1.	Zapis automatyczny i ręczny	Tak	
2.	Klawiatura funkcyjna	Tak	

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

3.	Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów	Tak	
4.	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku	Tak	
5.	Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera.	Tak	
6.	Analiza EKG zgodna z EN 60601-2-51	Tak	
7.	Ekran LCD graficzny o przekątnej min. 4,3”, kolorowy	Tak podać	
8.	Pamięć wewnętrzna min. 100 badań	Tak podać	
9.	Zapis badań na kartę SD	Tak	
10.	Czułość 2,5, 5, 10, 20 mm/mV	Tak podać	
11.	Zapis na papierze termicznym, wbudowana drukarka	Tak	
12.	Wydruk na papierze o szerokości 80 mm; łatwe zakładanie papieru	Tak	
13.	Prędkość zapisu 5/12,5/25/50 mm/s	Tak podać	
14.	Zasilanie akumulatorowe i sieciowe	Tak	
15.	Filtr zakłóceń mięśniowych	Tak	
16.	Filtr zakłóceń sieciowych	Tak	
17.	Filtr linii izoelektrycznej	Tak	
18.	Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz/kanał	Tak podać	
19.	Tłumienie sygnałów synfazowych > 100 dB	Tak	
20.	Interpretacja badania	Tak	
21.	Szablony raportów	Tak	
22.	Wymiary max. (dł. x szer. x wys.) 21 cm x 27 cm x 9 cm		
23.	Waga max. 1,5 kg	Tak, podać	
24.	Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym	Tak	
25.	Możliwość rozbudowy o eksport zapisów w formacie pdf	Tak	
26.	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim	Tak	
27.	Wózek do aparatu	Tak	

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązania równoważne za wyjątkiem kolorowego ekranu LCD graficznego o przekątnej 4,3” i wydruku na papierze o szerokości 80 mm oraz pod warunkiem zaoferowania wymaganego wyposażenie aparatu.

Treść pytania:

Pytanie 12 (dot. SIWZ)

„Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający prześle załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej na adres e-mailowy.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dot. załącznik nr 5 do SIWZ)

„Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu i będzie wymagał wydania dokumentów gwarancyjnych przez podmiot udzielający gwarancji?"

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotowego zapisu. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego, tj. od 25 sierpnia 2020 r. od godziny 11:00.

Treść pytania:

Pytanie 14 (dot. załącznik nr 5 do SIWZ)

„Par. 1 ust. 5 oraz par. 2 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie wymogu przez dodanie zapisu „ (…) jeśli dotyczy?"

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotowego zapisu. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego, tj. od 25 sierpnia 2020 r. od godziny 11:00.