Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 12/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 8, poz. 1 – Defibrylatory)

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania defibrylatora – Primedic HeartSave AED z dwoma parami elektrod i torbą transportową, którego jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem w Polsce, produkowanego przez renomowanego niemieckiego producenta firmę METRAX.

Defibrylator Primedic HeartSave AED posiada nowoczesne rozwiązania:
Przycisk „PEDIATRYCZNY"- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do defibrylacji dziecka poprzez redukcję energii.
Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie" podłączonych elektrod w standardzie.

Defibrylator Primedic HeartSave AED spełnia międzynarodowe klasyfikację ochrony: IP 55

Czyli:
Ochrona przed pyłem – całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu nie jest możliwa, ale zabezpiecza przed wniknięciem takiej ilości która zapewni sprawność urządzenia.
Ochrona przed wodą - woda skierowana za pomocą dysz (6,3 mm) na obudowę z każdego kierunku nie ma negatywnego wpływu na działanie.

Czas trwania testu – 3 min
Ilość wody – 12, 5 litra na minutę
Ciśnienie – 30 kN/m2 z odległości 3 m."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści defibrylator o proponowanych parametrach pod warunkiem zaoferowania defibrylatora wraz z zestawem wymaganym przez Zamawiającego.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 8, poz. 2 – Defibrylatory)

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania Torby reanimacyjnej, której jesteśmy producentem o parametrach:

Torba jest usztywniona, posiada 5 niezależnych przegród. Oryginalna i ergonomiczna konstrukcja pozwala na jednoczesne prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez trzy osoby (nie przeszkadzające sobie nawzajem), a także na wygodne korzystanie z kilku przegród jednocześnie.
Torba posiada ampularium.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne szer / wys / głęb (mm) – 330 x 470 x 310
Waga torby – 2,4kg
Materiał Cordura – cechy : materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia, wykonany w poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu:
10 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkaniny bawełniane,
3 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina poliestrowa,
2 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina nylonowa.

Kolor czerwony, oznaczenie – krzyż św. Andrzeja, paski odblaskowe."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby reanimacyjnej o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG o poniższych parametrach?"

1.	Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań
2.	Tryby pracy: automatyczny, ręczny
3.	Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc (metodą Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiarów osi P, R, T
4.	CMRR >100dbB
5.	Pomiar HR 30-300
6.	Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania
7.	Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci
8.	Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy, min 5" 800x 480
9.	Wyświetlanie na ekranie LCD: aktualnego czasu, częstości rytmu, czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru, kontaktu elektrod
10.	Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 50 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

11.	Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku Pen-Drive
12.	Format zapisu danych SCP
13.	Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 150 Hz
14.	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta
15.	Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta
16.	Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokość papieru 100mm, rolka
17.	Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.
18.	Wyświetlacz: 3/6/12 odprowadzeń w czasie rzeczywistym
19.	Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
20.	Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów
21.	Wydruk daty i godziny badania
22.	Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV
23.	Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej
24.	Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25 i 40 Hz) i pływania linii izoelektrycznej
25.	Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora
26.	Wykrywanie impulsów stymulatora
27.	Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG minimum 32000 próbek / s / kanał.
28.	Rozdzielczość przetwarzania: minimum 16 bitów.
29.	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.
30.	Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.
31.	Możliwość wykonania minimum 500 badań (minimum 6h pracy ciągłej) w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.
32.	Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,5 kg.
33.	Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm
34.	Możliwość rozbudowy o: 1. oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym 2. dedykowany wózek jezdny z koszem na akcesoria, ruchomym uchwytem na kabel pacjenta, wmontowanymi bolcami zapobiegającymi przesuwaniu się aparatu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany aparat EKG za wyjątkiem kolorowego, wysokiej rozdzielczości, ekranu dotykowego, min 5” 800x 480 oraz pod warunkiem zaoferowania wymaganego wyposażenie aparatu.