Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 12/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:
Pytanie 1 (dot. część nr 18 – Materace)
„Czy Zamawiający będzie wymagał w postępowaniu materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu umożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z komorami z proponowaną funkcją.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dot. część nr 18 – Materace)
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści materac z komorami z proponowaną funkcją.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dot. część nr 18 – Materace)
„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)? Parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę ultra-niskociśnieniową zasilająca.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga – zgodnie z opisem – ognioodporności w zakresie pokrowca materaca, ale nie wymaga potwierdzenia badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarach 5,7" i z panelem dotykowym?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z proponowanym wymiarem kolorowego wyświetlacza LCD.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarach 8,4" i z panelem dotykowym?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarze 8,4".

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością przechowywania w pamięci aparatu 400 badań, a także z możliwością nieograniczonego zapisu badań w pamięci komputera lub USB za pomocą dołączonego oprogramowania oraz możliwością przechowywania nieograniczonej liczby pacjentów w pamięci aparatu?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z proponowanymi możliwościami.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG)

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat o wadze 3,2 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG o proponowanej wadze.