Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 12/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dot. część nr 33, poz. 3 – Dozowniki)

„W związku z Państwa odpowiedzią, podaniem wysokości oraz średnicy wymaganej dla rolki, informujemy że podane przez Państwa pierwotnie wymiary dozownika są znacząco zawyżone, ponieważ przy rolce, fi 18-19 cm, oraz wysokości max. 22cm, wystarczy podajnik o wymiarach:

(cm): 30,0 wys x 20,0 szer x 20,0 głębokość) i takie rozwiązanie zaproponujemy, gdyż producent wskazuje przy takim podajniku rolkę fi 19 cm oraz nawet 25cm wysokości,

Proszę o zatwierdzenie”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dozownik o proponowanych wymiarach, pod warunkiem kompatybilności z rolkami ręcznika, których wymiary Zamawiający podał w odpowiedzi na Państwa pytania z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 33, poz. 2 – Dozowniki)

„W związku z Państwa odpowiedzią, podaniem średnicy wymaganej dla rolki, informujemy że podane przez Państwa pierwotnie wymiary dozownika są znacząco zawyżone, ponieważ przy rolce, fi 18-19 cm wystarczy podajnik o wymiarach:

cm 24,0 wys x 13,0 głęb. x 23,0 szer.

Proszę o zatwierdzenie”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dozownik o proponowanych wymiarach, pod warunkiem kompatybilności z rolkami papieru toaletowego, których wymiary Zamawiający podał w odpowiedzi na Państwa pytania z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 11 – Wózki zabiegowe)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózki zabiegowe o parametrach:

- szafka z 4 szufladami (3x górne o wysokości użytkowej 110mm, 1x dolna o wysokości 230mm),

- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady,

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami,

- 1x wieszak kroplówki,

- druciany kosz na akcesoria medyczne mocowany do szyny boku wózka,

- 2x tworzywowy kosz z klapką mocowane do szyny z boku wózka,

- 1x uchwyt na butlę z tlenem,

- 1x uchwyt do prowadzenia montowany z lewej lub prawej strony wózka,

- stelaż wózka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na szaro,

- profile nośne z kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów,

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej ograniczającej namnażanie się bakterii,

- po bokach i z tyłu blat zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów,

- prowadnice szuflad z funkcją samo-domykania się, pozwalające na wysunięcie 100% szuflady,

- podstawa wózka wykonana z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami zabezpieczającymi wózek i ściany przed obiciami,

- 4 podwójne koła jezdne o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem a jedno z funkcją jazdy na wprost,

- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS na prowadnicach kulkowych,

- fronty szuflad wykonane z aluminium – lakierowane proszkowo,

- wymiary wózka: 650x 480x 930mm,

- wymiary szafki: 620x 440x 715mm,

- wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

- 3 górne szuflady: 480x 360x 110mm,

- 1 dolna szuflada: 480x 360x 230mm,

- wymiary blatu: 535x 360mm?”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 11 – Wózki zabiegowe)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózki zabiegowe o parametrach:

- szafka z 5 szufladami (4x górne o wysokości użytkowej 110mm, 1x dolna o wysokości 230mm),

- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady,

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami,

- 1x wieszak kroplówki,

- druciany kosz na akcesoria medyczne mocowany do szyny boku wózka,

- 2x tworzywowy kosz z klapką mocowane do szyny z boku wózka,

- 1x uchwyt na butlę z tlenem,

- 1x uchwyt do prowadzenia montowany z lewej lub prawej strony wózka,

- stelaż wózka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na szaro,

- profile nośne z kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów,

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej ograniczającej namnażanie się bakterii,

- po bokach i z tyłu blat zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów,

- prowadnice szuflad z funkcją samo-domykania się, pozwalające na wysunięcie 100% szuflady,

- podstawa wózka wykonana z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami zabezpieczającymi wózek i ściany przed obiciami,

- 4 podwójne koła jezdne o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem a jedno z funkcją jazdy na wprost,

- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS na prowadnicach kulkowych,

- fronty szuflad wykonane z aluminium – lakierowane proszkowo,

- wymiary wózka: 650x 480x 1040mm,

- wymiary szafki: 620x 440x 830mm,

- wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

- 4 górne szuflady: 480x 360x 110mm,

- 1 dolna szuflada: 480x 360x 230mm,

- wymiary blatu: 535x 360mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o proponowanych parametrach, za wyjątkiem wymiarów wózka i szafki.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace o szerokości 90 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materace o proponowanej szerokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymiarów.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace, których pompa ma wydajność: 8,5-9 l/min?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materace z pompami o proponowanej wydajności.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace z cyklem 10min, z zakresem ciśnienia 20-55mmHg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materace z proponowanym cyklem i zakresem ciśnienia.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 18 – Materace)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace z pokrowcem bi-elastycznym z PU (wysoce wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy)?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane pokrowce, jednak warunkami koniecznymi do spełnienia są:

- mają mieć możliwość skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza,
- mają być ognioodporny

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta o parametrach:

- wózek do transportu pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości,

- oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyn gazowych,

- cztery koła jezdne wyposażone w blokadę pół-centralną (naciśnięcie jednej dźwigni blokuje oba koła przy jednej osi)

- barierki boczne wykonane ze stali chromowanej i aluminium, składane wzdłuż leża,

- długość całkowita wózka: 210cm,

- długość leża (materaca): 195cm,

- szerokość całkowita wózka: 69cm,

- szerokość leża (materaca): 63cm,

- zakres regulacji wysokości leża: od 46 do 85cm

- zakres regulacji oparcie pleców: od 0 do 45o

- dopuszczalne obciążenie: 180kg,

- kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o proponowanych parametrach.