Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 12/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Pytanie 1 (dot. część nr 4, pozycja 1 – Sprzęt rehabilitacyjny)
Treść pytania:
„Czy zamawiający dopuści drabinkę do ćwiczeń z bokami z sosny a szczeblami z buku”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści drabinkę do ćwiczeń z bokami z sosny a szczeblami z buku.

Pytanie 2 (dot. część nr 4, pozycja 24 – Sprzęt rehabilitacyjny)
Treść pytania:
„Czy zamawiający dopuści leżankę metalową ze stabilnej konstrukcji stalowej z kątem uniesienia podgłówka -40° +45°”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści leżankę metalową ze wskazanym kątem uniesienia podgłówka.

Pytanie 3 (dot. część nr 4, pozycja 22 – Sprzęt rehabilitacyjny)
Treść pytania:
„Czy zamawiający dopuści stół do ćwiczeń manualnych z oporem z regulowaną wysokością 40-78cm”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stołu do ćwiczeń manualnych z oporem o regulowanej wysokości w powyższym zakresie.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie 4 (dot. część nr 4, pozycja 22 – Sprzęt rehabilitacyjny)

Treść pytania:

„Czy zamawiający dopuści stół do ćwiczeń manualnych z oporem z regulowaną wysokością 55-88cm"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół do ćwiczeń manualnych z oporem o regulowanej wysokości w powyższym zakresie.

Pytanie 5 (dot. część nr 4, pozycja 21 – Sprzęt rehabilitacyjny)

Treść pytania:

„Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny 2-częściowy na konstrukcji metalowej z elektryczną regulacją wysokości 50-100 cm"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny 2-częściowy na konstrukcji metalowej z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50-100 cm.

Pytanie 6 (dot. część nr 4, pozycja 19 – Sprzęt rehabilitacyjny)

Treść pytania:

„Czy zamawiający dopuści laskę rehabilitacyjną z regulacją wysokości 71-94cm"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza laskę rehabilitacyjną z regulacją wysokości w powyższym zakresie.

Pytanie 7 (dot. część nr 4, pozycja 3– Sprzęt rehabilitacyjny)

Treść pytania:

„Czy zamawiający dopuści materac z pianki poliuretanowej o twardości T25"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza materaca z pianki poliuretanowej o twardości T25.

Pytanie 8 (dot. część nr 4, pozycja 3– Sprzęt rehabilitacyjny)

Treść pytania:

„Czy zamawiający dopuści materac z wypełnieniem wysokogatunkowej pianki poliuretanowej R80kg/m3"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materac z wypełnieniem wysokogatunkowej pianki poliuretanowej R80kg/m3.