Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

Treść pytania:

Pytanie 1

„W imieniu Wykonawcy zwracam się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytanie dot. zamówienia publicznego pod nazwą dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego" nr postępowania ZP 15/2020

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dla części nr 2 – fartuch flizelinowy w punkcie XVII SIWZ kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 i 4 wymaga:
- Potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004, za pomocą certyfikatu lub raportu z badań wystawionego przez niezależną jednostkę – 30%,
- Potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004, za pomocą deklaracji producenta – 15%,
- Potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004, za pomocą oświadczenia dostawcy – 0%.

Zgodnie z definicją normy EN 14126:2003, norma ta wskazuje na środki ochrony indywidualnej kwalifikacja prawna wyrobu medycznego jakim jest fartuch jednorazowy klasyfikuje go w normie PN-EN 13795-1:2019 (wyrób medyczny). Te same wymogi Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 do SIWZ część 2.
Natomiast w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 596986-N-2020 z dnia 2020-09-29 Zamawiający w Załączniku nr 1 – Informacje dotyczące ofert częściowych w pkt. 6 Informacje dodatkowe pisze:
…Część nr: 2 Nazwa: Fartuch flizelinowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia - w części nr 2 - jest dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego, w postaci fartuchów flizelinowych (17000 szt.) szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ…

Podnosząc art. 29 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (…) Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników.

(…) W wyroku z dnia 23 lipca 2010 r., KIO 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie tej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym zawartym w umowie. (…) Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, iż Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia neutralnego opisu przedmiotu zamówienia, wyczerpująco oraz sporządzonego w sposób przejrzysty. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać oferentom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. (…) Brak opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, przejrzysty, wyczerpujący prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, bowiem konkurencja pomiędzy ofertami, które zostaną złożone w postępowaniu nie będzie możliwa a to doprowadziłoby do unieważnienia postępowania”. (…)

- Mając na uwadze powyższe oraz brak w opisie przedmiotu zamówienia podstawowych wartości takich jak gramatura włókniny oczekiwana przez Zamawiającego. Prosimy o wskazanie zakresu min – max jakiego Zamawiający oczekuje. Brak informacji o kolorze wyrobu jakiego oczekuje Zamawiający. Prosimy o ujednolicenie koloru.

- Podniesione w pkt. 1 normy, które opisał Zamawiający z racji swojego przeznaczenia oraz opisu szczegółowego definiowanego przez Dyrektywę 93/42/EEC, czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy wykonany z włókniny o wskazane gramaturze, będący wyrobem medycznym w rozumieniu normy PN-EN 13795-1, które definiuje prawnie wyrób oznaczony jako „fartuch”.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Posiadający badania wykonane w akredytowanej jednostce ustanowionej przez Ministra Zdrowia, a który posiada m.in. badanie PN-EN 22160 oraz PN-EN 22612 (co stanowi potwierdzenie wysokich wymagań dla przenikania drobnoustrojów na mokro i sucho)".

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje jednorazowych fartuchów flizelinowych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 - 30 g/m², będących wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG (93/42/EEC). Zamawiający dopuści kolor niebieski, zielony lub biały.

Ponadto Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia przez oferowany fartuch wymagań normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 i dokona stosownej modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dot. część nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy zamawiający, mając na uwadze obecną sytuacje pandemii, będzie wymagał by pokrowiec materaca miał możliwości skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dot. część nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy zamawiający będzie wymagał materaca o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 200 kg?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga materaca o maksymalne obciążenie min. 190-200 kg..

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy zamawiający dopuści materac pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, wykonanym z dzianiny z poliuretanem, odpornym na działanie wody, środków odkażających, ognioodporny?"

Odpowiedź:

Tak.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 13 – Łóżka szpitalne)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi na całej długości leża wykonanymi z drewna w okleinie drewnopodobnej?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z barierkami bocznymi jak w powyższym opisie. Zamawiający wymaga barierek bocznych lakierowanych proszkowo.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 14 – Szafki przyłóżkowe)

„Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z tworzywa typu CDF Swiss. Tworzywo CDF Swiss stosowane jest zamiennie do tworzywa HPL , które przewyższa również parametrami technicznymi i oferuję szerszą gamę kolorystyki?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z tworzywa typu CDF Swiss.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanymi możliwościami.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje informację bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona w sposób właściwy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanymi możliwościami.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści proponowane urządzenie.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Czy Zamawiający wymagał dostarczenia urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów? Taka wielkość kropli zapewnia optymalną zdolność penetracji środka, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mgły suchej tzn. nie pozostawiającej osadu ani wilgoci na powierzchniach dezynfekowanych i nie wpływającej szkodliwie na urządzenia medyczne oraz elektroniczne pozostawione w pomieszczeniu."

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5-7 mikrometrów.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 12 (dot. część nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?”

Odpowiedź:

Tak.