Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 5 – Maski z filtrem)

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maska posiadała zgodność z normą PN-EN 140:2001/AP1:2003 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999)?"

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności maski z wymagania normy PN-EN 140:2001/Ap1:2003 (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999) i dokona stosownej modyfikacji w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 6 – Okulary ochronne)

„Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne spełniające zgodność z normą EN166 kat. II zamiast tych wymienionych przez Zamawiającego?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści okulary ochronne spełniające zgodność z proponowaną normą. W związku z powyższym i dokona stosownej modyfikacji w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy Zamawiający może sprecyzować o jaki fartuch chodzi? Fartuch flizelinowy nie może spełniać normy EN 14126 a 13795. Normę EN 14126 spełnia fartuch barierowy, który jest z laminatu a nie z flizeliny. Ceny obu fartuchów różnią się od siebie znacznie."

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje jednorazowych fartuchów flizelinowych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 - 30 g/m², będących wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG (93/42/EEC).

Ponadto Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia przez oferowany fartuch wymagań normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 i dokona stosownej modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego.