Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 16/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na Dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia (nr 2).

Treść pytania:
Pytanie 1 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe)
„Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?”

Odpowiedź:
Tak.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe)
„Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?”

Odpowiedź:
Tak.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe)
„Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?”

Odpowiedź:
Tak.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe)

„Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe)

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 1, poz. 1, pkt. 1 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi)

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą poniższe parametry:
Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach, klasa energetyczna A+, pojemność użytkowa chłodziarki/zamrażarki 84/13L, poziom hałasu 40 Wymiary: 84 cm (wysokość) x 50 cm (szerokość) x 56 cm (głębokość). Kolor Inox."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 1, poz. 1, pkt. 2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi)

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą poniższe parametry:
Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach, klasa energetyczna A+, pojemność użytkowa chłodziarki 84/13L, poziom hałasu 40 Wymiary: 85 cm (wysokość) x 50 cm (szerokość) x 56 cm (głębokość). Kolor biały."

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dotyczy Części nr 1, poz. 1, pkt. 3 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi)

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą poniższe parametry:
Chłodziarko-zamrażarka o wymiarach 191,2 cm (wysokość) x 59,6 cm (szerokość) x 67,8 (głębokość), w klasie energetyczności A++, o pojemności całkowitej netto 338l, obustronny montaż drzwi, zamrażalnik na dole, poziom hałasu 40 db, oświetlenie wnętrza, kolor inox."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dotyczy Części nr 1, poz. 2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi)

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 37,3 cm i o sterowaniu elektronicznym przy zachowaniu pozostałych parametrów?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dotyczy Części nr 1, poz. 5 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi)

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozmiarach pól grzewczych (1 x 21 cm, 2 x 18 cm, 1 x 16 cm) przy zachowaniu pozostałych parametrów?"

Odpowiedź:

Tak.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 11 (dotyczy Części nr 1, poz. 8 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi)

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego.

Czy zamawiający dopuści blender o wadze 1100 g oraz bez pracy pulsacyjnej przy zachowaniu pozostałych parametrów?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 12 (dotyczy Części nr 9 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej)

„Czy Zamawiający dopuści meble ze stali nierdzewnej wykonane w technologii opisanej poniżej, przy zachowaniu pozostałych parametrów:

Dodatkowo proszę o informację czy w roli Wykonawcy jest też dostarczenie i zamontowanie baterii oraz syfonów?

L.P.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Wysokość drzwi dostosowana do wysokości szafy Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych	1
2	Blat roboczy przyścienny z basenem 1-komorowym z zabudową dolną	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	1
3	Wózek do przewożenia potraw	Z blachy o grubości 0,8 mm. Przetłoczenie 18 mm. Udźwig wózka max 75 kg.	3
4	Wózek do przewożenia potraw	Z blachy o grubości 0,8 mm. Przetłoczenie 18 mm. Udźwig wózka max 75 kg.	1
5	Szafka wisząca "60"	Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych. Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	2
6	Blat roboczy przyścienny ze zlewem 1-komorowym z	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych.	1

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

	zabudową dolną	Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	
7	Szafka wisząca "60"	Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych. Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	1
8	Szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Wysokość drzwi dostosowana do wysokości szafy Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych.	2
9	Szafka stojąca "90"	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	2
10	Blat roboczy przyścienny z basenem 1-komorowym z zabudową dolną	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	2
11	Szafka wisząca "60"	Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych. Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	2
12	Szafka wisząca "60"	Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych. Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	4
13	Szafka wisząca "80"	Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. Półka montowana na zawiesiach metalowych. Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe.	2
14	Blat roboczy przyścienny z zlewem	Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki.	2

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

	1-komorowym z zabudową dolną	Półka montowana na zawiesiach metalowych Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny. Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. Stół z powodów logistycznych oraz technologicznych dostarczony zostanie w 2 częściach po 190 cm i zostanie połączony na miejscu montażu w sposób umożliwiający zachowanie czystości (bez szczelin).	
15	Wózek do przewożenia potraw	Z blachy o grubości 0,8 mm. Przetłoczenie 18 mm. Udźwig wózka max 75 kg.	2
16	Wózek do przewożenia potraw	Z blachy o grubości 0,8 mm. Przetłoczenie 18 mm. Udźwig wózka max 75 kg.	2

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dotyczy Części nr 7 – Ssaki i inhalatory)

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości ssaki, w których poziom głośności wynosi 45 dB, co jest parametrem lepszym?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 14 (dotyczy Części nr 7 – Ssaki i inhalatory)

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości ssaki, które wyposażone są w standardowe butle o pojemności 2 L?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 15 (dotyczy Części nr 7 – Ssaki i inhalatory)

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości pulsoksymetr napalcowy, z zakresem pomiaru SpO2 w zakresie 30 – 100%, co jest parametrem wystarczającym do pomiaru? Pulsoksymetry Wytwórców konkurencyjnych również posiadają zakres SpO2 od 30%. Do tej pory nie stwierdzono w literaturze medycznej przypadku, w którym SpO2 pacjenta mogłoby spaść poniżej 705, dlatego zakres 30 – 100% jest zakresem zupełnie wystarczającym.”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Tak.