Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 16/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na Dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia (nr 2).

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 7, poz. 1 – Ssaki i inhalatory)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka zasilanego elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. Pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia poniżej 55-65dB, przepływ osiągany 30dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80kPa. Ssak wyposażony w dwie butle z nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1dm3 z pokrywą i uszczelką do każdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Ssak posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana z ABS."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 7, poz. 2 – Ssaki i inhalatory)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości inhalator o parametrach:
Inhalator tłokowy do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji w szpitalach i klinikach. Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażone w ciśnieniomierz i wskaźnik ciśnienia. Posiada schowek na akcesoria oraz wygodna rączkę do przenoszenia (opcjonalnie wózek). Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.
Dane techniczne:

- zasilanie: 230V/50Hz,
- ciśnienie pracy: 1.3 bar,
- przepływ pracy: 5.2l/min,
- MMAD: 3,25 µm, zgodnie z normą EN-13544-1,
- cykl pracy: praca ciągła,
- maks. ciśnienie: 2.5 bar,
- maks. przepływ: 16l/min,
- nebulizacja: 0,50ml/min,
- frakcja (< 5µm): > 70%,
- poziom hałasu: 57 dBA,

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

- wymiary: 25x19x16 cm, - waga: 2.20 kg."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym)

„Czy Zamawiający dopuści aparat o nieznacznie większej wadze około 15 kg, parametr ten w żaden sposób nie wpływa na jakość zabiegu?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 11, poz. 2 – Urządzenia do hydroterapii)

„Czy Zamawiający wymaga, aby 12 dysz było podzielone na 3 całkowicie niezależne sekcje co daje możliwość wyboru terapeucie, aż 7 możliwości kombinacji pracy dysz, a przez to celowany wybór w zależności od schorzenia danego pacjenta?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanym rozwiązaniem.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 11, poz. 3 – Urządzenia do hydroterapii)

„Czy Zamawiający wymaga, aby wanna posiadała węża do masażu podwodnego i system kąpieli perełkowej co zdecydowanie zwiększy jej możliwości terapeutyczne i umożliwi wykonywanie zabiegu większej grupie pacjentów z różnymi schorzeniami?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanym rozwiązaniem.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 11, poz. 3 – Urządzenia do hydroterapii)

„Czy Zamawiający wymaga, aby wanna mająca na wyposażeniu 24 dysze, były one podzielone na 5 niezależnych sekcji (stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup)z możliwością ich indywidualnego włączania/ wyłączania, co umożliwi wykonanie hydromasażu celowanego, dokładnego?"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanym rozwiązaniem.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 10, poz. 1 – Urządzenia do hydroterapii)

„Czy Zamawiający ze względu na to, że producent urządzenia opisanego w SIWZ wprowadził nowe modele na rynek nie ma już podziału na aplikatory wysoko i niskoprądowe dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w dwa aplikatory 350mm i dwa aplikatory 600mm wraz z leżankami aluminiowymi?”

Odpowiedź:

Tak.