PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 13/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego (nr 2).

Treść pytania:
Pytanie 1 (dot. Części nr 1 poz. 2)
„Czy Zamawiający dopuści stół o wysokość regulowanej elektrycznie: 60-92 cm?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści stół o proponowanej wysokości regulowanej elektrycznie.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dot. Części nr 1 poz. 2)
„Czy Zamawiający dopuści stół z zagłówkiem z otworem z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, regulowany sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści proponowany stół.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dot. Części nr 2 poz. 2)
„Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o parametrach jak poniżej:
Główne cechy:
- *Duży wyświetlacz OLED*
- *Wyświetla: SpO2, tętno (PR)*
- *Wyświetla indeks perfuzji (PI) oraz pletyzmogram*
- *Możliwość wyciszenia urządzenia*
- *Tryb oszczędzania energii*
- *Wskaźnik poziomu naładowania baterii, czas ciągłej pracy, ponad 30 godzin*
- *Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem odczytu tętna (PR) i wskaźnika perfuzji (PI)*
- *Automatyczne wyłączanie urządzenia*
- *Alarmy dźwiękowe i wizualne z górnymi i dolnymi limitami ustawianymi przez użytkownika*
- *Dokładny pomiar w kilka sekund dzięki unikalnej funkcji redukcji szumów*
- *Dodatkowa stabilność podczas pomiaru (zginanie palca, ruch ręki, choroba Parkinsona)*
- *Rejestracja danych SpO2 i częstości tętna co 1/2/4/8 sekundy, do 384 godzin*

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

• Transmisja zarejestrowanych danych do komputera w celu przeglądania i analizy

(opcjonalnie)
Parametry techniczne:
• Pacjent: dorośli / dzieci lub noworodek (opcjonalnie)
• Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2:
o zakres pomiarowy 35% - 99%
o skala rozdzielczości 1%
o dokładność pomiaru 70% - 100%: ± 3%
• Tętno
o zakres pomiarowy 30 - 240 bpm
o skala rozdzielczości 1 bpm
o dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2%
• Indeks perfuzji: zakres: 0.2-20%
• Alarm SpO2 ustawiany przez użytkownika: 50-99%
• Alarm tętna ustawiany przez użytkownika: dolny limit 30-99 bpm / górny limit 100-240 bpm
• Wymiary: 145 x 74 x 29 mm
• Waga: 210 g (w tym trzy baterie AA).”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści pulsoksymetr o proponowanych parametrach.

Treść pytania:
Pytanie 4 (dot. Części nr 2 poz. 2)
„Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o parametrach jak poniżej:

Specyfikacja techniczna:
• Puls: zakres: 25-250: dokładność ± 3;
• SPO2: zakres: 70% ~ 99%, dokładność ± 2;
• Wymiary: 33x36x58 mm,
• Waga: około 60 g z bateriami,
• Żródło zasilania: 2 x baterie alkaliczne AAA (w zestawie).
Dane techniczne:
• Wyświetlacz LED,
• Pomiar SpO2,
• Pomiar częstotliwości tętna,
• Wyświetlanie wykresu słupkowego,
• Poziom zużycia baterii,
• Automatyczny wyłącznik.
• W zestawie smycz.”

Odpowiedź:

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

Zamawiający dopuści pulsoksymetr o proponowanych parametrach.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. Części nr 1 i nr 2)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu dostawy na 30 dni roboczych?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. Części nr 1 poz. 2)

„Czy Zamawiający dopuści stół o długości 190 cm, wysokości regulowanej elektronicznie w zakresie od 44-101 cm i regulacji kąta nachylenia zagłówka w zakresie od -85 stopni do +35 stopni? Reszta parametrów bez zmian"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół o proponowanych parametrach.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl