



Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-20/16

Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę aparatu USG”

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na „dostawę aparatu USG”

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, I. Konstrukcja i konfiguracja lp.3. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z pięcioramienną podstawą i możliwością blokady każdego koła?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, I. Konstrukcja i konfiguracja lp.7. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez dotykowego panela? Aparat umożliwia szybkie wybranie nastawów z poziomu panela oraz bezpośrednio wybieranie bezpośrednio za pomocą przycisku na głowicach?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, I. Konstrukcja i konfiguracja lp.8. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o częstotliwości pracy od 2 MHz?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, I. Konstrukcja i konfiguracja lp.14. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z możliwością zapisy danych w formatach BMP, AVI oraz DICOM?”

Odpowiedź:

Tak.



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.5. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez obrazowania rombowego?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.5. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z zakresem dynamiki do 187dB?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, IV. Głowice ultradźwiękowe lp.3a. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową o zakresie pracy od 6MHz do 18 MHz?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dot. 2 pkt. Konstrukcja i konfiguracja. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 56kg? Waga 1kg nie stanowi znaczącej różnicy w mobilności aparatu.”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Dot. 4 pkt. Konstrukcja i konfiguracja. Czy Zamawiający dopuści aparat o przekątnej ekranu 17 cali?”

Odpowiedź:

Nie.



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

„Dot. 5 pkt. Konstrukcja i konfiguracja. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zmiany wysokości monitora?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dot. 6 pkt. Konstrukcja i konfiguracja. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości obrotu i zmiany wysokości panelu sterowania?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dot. 7 pkt. Konstrukcja i konfiguracja. Czy Zamawiający dopuści aparat z 8.4” panelem dotykowym? Tak niewielka różnica nie ma wpływu na pogorszenie jakości obsługi?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dot. 7 pkt. Konstrukcja i konfiguracja. Czy Zamawiający dopuści aparat bez dotykowego panelu sterowania? Oferowany przez nas aparat posiada bardzo intuicyjną obsługę, ze wszystkimi opcjami dostępnymi z poziomu konsoli aparatu?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dot. 4 pkt. Obrazowanie i prezentacja obrazu. Czy Zamawiający dopuści aparat bez obrazowania rombego?”

Odpowiedź:

Nie.



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

„Dot. 8 pkt. Obrazowanie i prezentacja obrazu. Czy zamawiający dopuści aparat bez opcji full-screen? Całkowite rozciągnięcie obrazu powoduje znaczne obniżenie rozdzielczości wyświetlanego obrazu, z reguły większość wiodących producentów nie stosuje takiego rozwiązania?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Dot. 2a pkt. Głowice ultradźwiękowe. Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą konweksową o minimalnej częstotliwości pracy 2MHz? Głowica ta z racji zastosowanej technologii pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu przy tej częstotliwości”.

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Dot. 3b pkt. Głowice ultradźwiękowe. Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą liniową o maksymalnej częstotliwością pracy 13MHz? 1MHz nie spowoduje znaczącej różnicy w jakości obrazowania”.

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Dot. 1 pkt. Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego? Aby uzyskać obrazowanie tomograficzne wymagane jest obrazowanie objętościowe badanego narządu. Zamawiający nie wymaga opcji objętościowej”.

Odpowiedź:

Tak.