Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 19/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy części 18)

„Chcielibyśmy potwierdzić wymagania odnośnie części nr 18 postępowania. Czy pojęcie "zamek centralny" odnosi się do zamka, który będzie zamykał jednocześnie zarówno szufladę jak i drzwiczki komody? Zamki centralne stosuje się gdy mebel wyposażony jest w wiele szuflad. Otwierają i zamykają wszystkie z nich w tym samym czasie. Nie spotkaliśmy się natomiast z systemem zamieszczonym w opisie zamówienia."

Odpowiedź:

Za spełnienie warunku „zamek centralny" Zamawiający uzna posiadanie przez zaoferowane komody dwóch zamków, jednego zamykającego szufladę i jednego zamykającego drzwiczki komody.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy części 2, poz. 2)

„Obecnie 99% wózków robi się z aluminium jako materiału dużo lżejszego. Czy ramę stalową można zamienić na aluminiową?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści ramę aluminiową.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy części 9)

„Czy akceptowalny jest udźwig 180 kg?"

Odpowiedź:

Proponowany udźwig zawiera się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 4 (dotyczy części 10)

„Moc mniejsza niż 300W, czy akceptowalne jest 320W; waga mniejsza niż 18 kg, czy akceptowalne jest 18,2 kg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną moc i wagę.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dotyczy części 11, poz. 1)

„Czy Zamawiający dopuści dwie butle o pojemności 2dm³?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści proponowanej pojemności butli. Zamawiający wymaga wyłącznie dwóch butli o pojemności 1 dm³ każda.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dotyczy części 11, poz. 2)

„Czy Zamawiający dopuści objętość terapeutyczną <70% (wdychana cząsteczka < 5μm)?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną objętość terapeutyczną.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dotyczy części 11, poz. 3)

„Czy Zamawiający dopuści mankiet pasujący na obwód ramienia 20-40 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał dokładnie taki zakres obwodu ramienia.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dotyczy części 11, poz. 4)

„Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru SpO$_2$: 70-100%*?"*

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści proponowanego zakresu pomiaru SpO_2. Zamawiający wymaga wyłącznie pełnego zakresu pomiaru SpO_2.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dotyczy części 11, poz. 4)

„Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru tętna 30-240 bpm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany zakres pomiaru tętna.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dotyczy części 9)

„Czy Zamawiający dopuści max. wysokość z podniesionym ramieniem 210,5 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną maksymalną wysokość z podniesionym ramieniem.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dotyczy części 13)

„Czy Zamawiający dopuści materac o maksymalnej długości 195 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną maksymalną długość.

Treść pytania:

Pytanie 12 (dotyczy części 17, poz. 3)

„Czy Zamawiający dopuści wózkowannę kąpielową o maksymalnym udźwigu do 200 kg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózkowannę o proponowanym maksymalnym udźwigu.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dotyczy części 5)

„Proszę o informację czy przetarg obowiązuje tylko na dostawę bez rozładunku i wniesienia. Czy możemy dostarczyć regały do samodzielnego montażu?"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

„Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy na własny koszt i na własną odpowiedzialność do wskazanych mu pomieszczeń Kupującego i tam je zmontować, a następnie wydać je Kupującemu".

Treść pytania:

Pytanie 14 (dotyczy części 13)

„Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy zbudowany z 16 komór wykonanych z poliuretanu?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zbudowany z proponowanej ilości komór.

Treść pytania:

Pytanie 15 (dotyczy części 13)

„Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o poborze mocy 20W, wydajności 9 l/min i zakresie ciśnienia 20-55 mmHg? To minimalne różnice w odniesieniu do wymaganych parametrów"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompą o proponowanym parametrach.