Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 19/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy części nr 13)

„Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?”

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał w stosunku do oferowanych wyrobów medycznych złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności UE oferowanego wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych za równoważne uznaje się deklaracje zgodności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ, która będzie dostępna na stronie Zamawiającego od godziny 15:00 dnia dzisiejszego.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy części nr 13)

„Czy Zamawiający dopuści pompę o wydajności do 10 l/min? Uważamy, że pompa o większej wydajności zdecydowanie lepiej się sprawdzi przy współpracy z opisanym przez Zamawiającego wysokim materacem zmiennociśnieniowym”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompę o proponowanej wydajności.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy części nr 13)

„Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem ciśnienia 10 – 60 mmHg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompę z proponowanym zakresem ciśnienia.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dotyczy części nr 13)

„Czy Zamawiający dopuści pompę pracującą w trybie zmiennociśnieniowym w czasie cyklu 10 – 25 minut?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompę pracującą w trybie zmiennociśnieniowym w proponowanym czasie cyklu.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty."

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia w przedmiotowej części.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający będzie wymagał wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje ze waga jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać i odkręcać dodatkowych stopek które służą do stabilizację wagi (jak ma to miejsce u niektórych

producentów), a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. Niektóre wagi nawet nie mają żadnego punktu podparcia z przodu przez co są niestabilne."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga proponowanych kół, ale dopuści takie rozwiązanie jako równoważne w stosunku do opisanych kół (blokowanych).

Treść pytania:

Pytanie 7 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający dopuści wagę jednozakresową 100g dokładności, z obciążeniem max 250 kg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną wagę.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający dopuści wagę jednozakresową 100g dokładności, z obciążeniem max 300 kg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną wagę.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach: 1040 (wys.) x 950 (gł.) x 640 (szer.) mm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wagę o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach: 960 (wys.) x 1020 (gł.) x 590 (szer.) mm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wagę o proponowanych wymiarach.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 11 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzesełkowej składanej? Nowatorska składana konstrukcja wagi krzesełkowej, pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania i transportu) nawet między pomiarami - waga składa się na zawiasach umiejscowionych pod oparciem oraz pod poręczą z panelem wagowym. Po złożeniu najwyższym punktem wagi jest siedzisko. Wszystkie kołka skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylne."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wagi krzesełkowej składanej, ale dopuści proponowane rozwiązanie.

Treść pytania:

Pytanie 12 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzesełkowej z legalizacją?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia.

Treść pytania:

Pytanie 14 (dotyczy części 6)

„Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu."

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wagę z zasilaną bateriami.

Treść pytania:

Pytanie 15 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 211 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości.

Treść pytania:

Pytanie 16 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 38-80 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści łóżka z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

Pytanie 17 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której korpus wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z blatami z płyty HPL?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej, której korpus wykonany jest proponowanego tworzywa.

Treść pytania:

Pytanie 18 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści szafkę złożoną z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 – między górną szufladą i kontenerkiem i 2 – pod kontenerkiem) i otwieranego kontenerka?"

Odpowiedź:

Zamawiający szafkę z proponowanym rozwiązaniem.

Treść pytania:

Pytanie 19 (dotyczy części 13)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy o szerokości 90 cm?"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o proponowanej szerokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Treść pytania:

Pytanie 20 (dotyczy części 13)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy, którego pompa posiada wydajność 8,5-9 l/min?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac z pompą o proponowanej wydajności, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Treść pytania:

Pytanie 21 (dotyczy części 13)

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy za zakresem ciśnienia 20-55 mmHg?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac z proponowanym zakresem ciśnienia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Treść pytania:

Pytanie 22 (dotyczy części 2, poz. 2)

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wózek inwalidzki o konstrukcji krzyżakowej, składany, stalowy w kolorze szarym?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany wózek inwalidzki.

Treść pytania:

Pytanie 23 (dotyczy części 2, poz. 2)

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wózek inwalidzki o konstrukcji krzyżakowej, składany, aluminiowy w kolorze szarym?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany wózek inwalidzki.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 24 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema antystatycznymi kołami o średnicy 100 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko z czterema antystatycznymi kołami o proponowanej średnicy.

Treść pytania:

Pytanie 25 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi na całej długości leża wykonanymi z drewna w okleinie drewnopodobnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym rozwiązaniem.

Treść pytania:

Pytanie 26 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z tworzywa typu CDF Swiss. Tworzywo CDF Swiss stosowane jest zamiennie do tworzywa HPL, które przewyższa również parametrami technicznymi i oferuje szerszą gamę kolorystyki?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z proponowanego tworzywa.

Treść pytania:

Pytanie 27 (dotyczy części 14)

„Czy Zamawiający dopuści blat boczny szafki z regulacją wysokości w zakresie 720 mm – 1000 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści blat boczny z proponowanym zakresem regulacji wysokości.

Treść pytania:

Pytanie 28 (dotyczy części 4, poz. 2)

„Czy Zamawiający dopuści korpus wózka o konstrukcji w całości wykonanej ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej? Technologia ta wyróżnia się podwyższoną odpornością na uszkodzenie mechaniczne oraz łatwiejszym utrzymaniem higieny.”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka na leki z korpusem w całości wykonanym ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych.

Treść pytania:

Pytanie 29 (dotyczy części 4, poz. 2)

„Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 820 x 660 x 990 mm? Podane wymiary odnoszą się do samego wózka i nie obejmują wózka z uchwytem do prowadzenia. Podane wymiary nieznaczne różnią się od wymaganych."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 30 (dotyczy części 4, poz. 3)

„Czy Zamawiający dopuści korpus wózka o konstrukcji w całości wykonanej ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej? Technologia ta wyróżnia się podwyższoną odpornością na uszkodzenie mechaniczne oraz łatwiejszym utrzymaniem higieny."

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka opatrunkowego z korpusem w całości wykonanym ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych.

Treść pytania:

Pytanie 31 (dotyczy części 4, poz. 3)

„Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady o poj. worka 8L z kolanowym systemem otwierania w kolorze białym?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy z proponowanym koszem na odpady.

Treść pytania:

Pytanie 32 (dotyczy części 4, poz. 3)

„Czy Zamawiający zamiast koszyczka z dwoma żółtymi pojemnikami plastikowymi na odpady sanitarne dopuści kosze sanitarne zawieszane na listwie sprzętowej w kolorze czerwonym?"

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie zamienne.

Treść pytania:

Pytanie 33 (dotyczy części 4, poz. 3)

„Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 820 x 660 x 990 mm? Podane wymiary odnoszą się do samego wózka"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o proponowanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 34 (dotyczy części 4, poz. 5)

„Czy Zamawiający dopuści regał na miski wykonany ze stali kwasodpornej? Jest to rozwiązanie dużo lepsze jakościowo od wymaganego"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści regał na miski wykonany ze stali kwasoodpornej.

Treść pytania:

Pytanie 35 (dotyczy załącznik nr 4 do SWZ - umowa)

„Dot. § 2 ust. 1 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu w zakresie pakietu nr 8. Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wskazanego zapisu i usunie wymóg montażu.

Treść pytania:

Pytanie 36 (dotyczy załącznik nr 4 do SWZ - umowa)

„Dot. § 2 ust. 2 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w pakiecie nr 8 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej."

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od zapisów wzoru umowy związanych z przeszkoleniem personelu.

Treść pytania:

Pytanie 37 (dotyczy części 8)

„Czy Zamawiający dopuści głębokość wózka bez wyposażenia 56 cm? Wymiar ten tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną głębokość wózka.

Treść pytania:

Pytanie 38 (dotyczy części 8)

„Czy Zamawiający dopuści 4 koła o średnicy 12,5 cm z czego dwa wyposażone w hamulec?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane koła.

Treść pytania:

Pytanie 39 (dotyczy części nr 10)

„Czy Zamawiający dopuści naprawy i przeglądy okresowe w siedzibie Wykonawcy? W takim przypadku Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas przeglądu oraz pokryje koszty dostawy"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Treść pytania:

Pytanie 40 (dotyczy części nr 10)

„Czy Zamawiający odstąpi tym samym od wymogu „Serwis autoryzowany nie dalej niż 120 km?"

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od przedmiotowego wymogu.