Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA**
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
**O ZNAKU ZP 22/2022**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia (nr 2).

**Treść pytania:**
***Pytanie 1 (dotyczy części 5, poz. 1)***
*„Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w dwie butle z nietłukącego się tworzywa o pojemności roboczej 2dm³ z pokrywą i uszczelką do każdej butli?”*

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie dopuści proponowanej pojemności butli. Zamawiający wymaga wyłącznie dwóch butli o pojemności 1 dm³ każda.

**Treść pytania:**
***Pytanie 2 (dotyczy części 5, poz. 1)***
*„Czy Zamawiający dopuści ssak umieszczony na stojaku z pięcioma kółkami z możliwością zablokowania dwóch z nich?”*

**Odpowiedź:**
Zamawiający dopuści ssak umieszczony na proponowanym stojaku.

**Treść pytania:**
***Pytanie 3 (dotyczy części 5, poz. 2)***
*„Czy Zamawiający dopuści inhalator o maksymalnej głośności 57dB?”*

**Odpowiedź:**
Zamawiający dopuści inhalator o proponowanej głośności.
**Treść pytania:**
***Pytanie 4 (dotyczy części 5, poz. 2)***
*„Czy Zamawiający dopuści objętość terapeutyczną >70%?”*

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści proponowaną objętość terapeutyczną.

**Treść pytania:**

***Pytanie 5 (dotyczy części 5, poz. 3)***

*„Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z mankietem pasującym na obwód ramienia 20-40 cm?"*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazał dokładnie taki zakres obwodu ramienia.

**Treść pytania:**

***Pytanie 6 (dotyczy części 5, poz. 4)***

*„Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie pomiarów:*

*a) $SpO_2$:* 70-100%

*b) tętna 30-240 bpm?"*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści proponowanego zakresu pomiaru $SpO_2$, bowiem wymaga wyłącznie pełnego zakresu pomiaru $SpO_2$. Natomiast dopuści proponowany zakres pomiaru tętna.

**Treść pytania:**

***Pytanie 7 (dotyczy części nr 6)***

*„Czy Zamawiający zamiast grubości tac 3 mm dopuści tace 1 mm ? Takie działanie ma na celu ograniczenie ciężaru tac, które przy grubości 3 mm będą ważyć łącznie około 40 kg. Zaproponowana grubość tac 1 mm jest wystarczająca aby zachować udźwig 60 kg i więcej na dany poziom. Prosimy o rozważanie ww. informacji".*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści proponowaną grubość tac.

**Treść pytania:**

***Pytanie 8 (dotyczy części nr 6)***

*„Czy Zamawiający zamiast wózka wyposażonego w 2 tace dopuści wózek wyposażony w 4 tace (po dwie na każdy poziom)? Takcie działanie sprawi ,że tace będą bardziej poręczne, ułatwi to tym samym ich codzienne mycie i dezynfekcję".*

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wózka wyposażonego w 4 tace.

**Treść pytania:**

***Pytanie 9 (dotyczy SWZ, pkt. VII)***

*„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie realizacji w 28 dni od dnia podpisania umowy".*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.