

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE
KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-40/16**

Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie”

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na „dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie”

Treść pytania nr 1 (dot. część nr 5 laser biostymulacyjny dla DDOM):

„Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zakresie regulacji mocy: 25 % - 100 %. W codziennej praktyce dolne zakresy mocy nie są stosowane, ponieważ zachodzi następująca zależność: im niższa moc, tym dłuższy czas zabiegu. W związku z tym użytkownicy wybierają 100% mocy lasera do terapii.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenia o proponowanej regulacji mocy.