

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE
KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-40/16**

Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie”

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na „dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie”

Treść pytania nr 1 (dot. część nr 3 poz. 1):

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu, który może nie generować prądów HV”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat bez prądów HV.

Treść pytania nr 2 (dot. część nr 4 poz. 2):

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatorów o średnicy 350 mm”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wyłącznie aplikatory o średnicy 600 mm.