



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU  
ZP 5/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego.

**Treść pytania:**

*„Pytanie 1 – dotyczy Część nr 5 Pozycja 1,2,3*

*Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm, nieznacznie różniące się od wymaganej przez Zamawiającego?”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

*„Pytanie 2 – dotyczy Część nr 5 Pozycja 1,2,3*

*Czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych o sile zrywania przed starzeniem 8N, co zostanie potwierdzone protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2015 r.?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych o sile zrywania przed starzeniem min. 6N. Konieczne jest również załączenie badań na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671, jak również deklaracji producenta o dopuszczeniu oferowanych produktów do kontaktu z żywnością lub raportów z badań wydanych przez notyfikowaną jednostkę niezależną.

**Treść pytania:**

*„Pytanie 3 – dotyczy Część nr 5 Pozycja 4*

*Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o poziomie AQL 1,0? Rękawice o poziomie AQL 1,0 gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.”*

**Odpowiedź:**

Tak.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

*„Pytanie 4 – dotyczy Część nr 5 Pozycja 4*

*Czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający wymaga rękawic winylowych o poziomie AQL 1,0?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rękawice winylowe o poziomie AQL 1,0.

**Treść pytania:**

*„Pytanie 5 – dotyczy Część nr 5 Pozycja 4*

*Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością rękawic winylowych załączenie deklaracji producenta?”*

**Odpowiedź:**

Tak.