



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych.

Pytania dotyczą: Część nr 3 – łóżka szpitalne z wyposażeniem

Treść pytania:

„Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego wyposażonego w leże 4 sekcyjne z czego 3 sekcje ruchome, którego konstrukcja oparta jest na 2 ramionach wznoszących z 4 punktami podparcia.

Nasza łóżko spełnia najsurowsze normy europejskie IEC 60601-2-52.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w leże 4 sekcyjne z czego 3 sekcje ruchome, natomiast nie dopuści łóżka z 4 punktami podparcia.

Treść pytania:

„Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego wyposażonego w 4 funkcyjnego pilota dla pacjenta oraz z 8 funkcyjnego panelu do sterowania dla opiekuna umiejscowionego na szczycie łóżka . Możliwość blokady każdej funkcji bez kluczyka?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane całkowicie z wysokiej jakości polipropylenu, z wypełnieniem dostępnym w 3 kolorach?”

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem posiadania odcieniów kolorów wskazanych przez Zamawiającego.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Treść pytania:

„Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o długości bazowej 2300mm i możliwości skrócenia o 110 mm i wydłużenia 120mm?

Nasze rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, ponieważ zakres skracania i wydłużania leża to aż 230 mm.”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o szerokości 1030mm?

W naszym rozwiązaniu szerokość leża to aż 88 cm. Dzięki temu stosunek szerokości leża do szerokości łóżka jest jedną z największych na rynku.”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o szerokości leża 880mm?”

Odpowiedź:

Tak, „wersja nr 1 – „90”.

Treść pytania:

„Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci łóżka medycznego gdzie możemy regulować długość leża: 3 długości to jest 1920cm, 2040mm, 2150mm?”

Odpowiedź:

Tak.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Treść pytania:

„Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 320-760mm (na kółkach 125mm) i 340-780mm (na kółkach 150mm)?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda odbywa się za pomocą pilota oraz panelu opiekuna natomiast regulacja podudzia regulowana jest manualnie (mechanizm zapadkowy)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym regulacja wysokości leża góra-dół, pleców, uda odbywa się za pomocą pilota. Nie dopuści rozwiązania, w którym regulacja ta odbywa się z panelu opiekuna. Natomiast dopuści rozwiązanie, w którym regulacja podudzia regulowana jest manualnie.

Treść pytania:

„Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego barierki boczne na $\frac{3}{4}$ długości łóżka co powoduje, że łóżko zabezpiecza pacjenta przed przypadkowym wypadnięciem?”

Odpowiedź:

Nie. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach dopuścił możliwość zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości, ale łącznie ze specjalistycznymi protektorami na długości $\frac{1}{4}$.

Treść pytania:

„Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego zakres regulacji elektrycznej pozycji Anty- i Trendelenburga to 12° – sterowanie z panelu opiekuna?”



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego zakres regulacji części plecowej to 62°. Nasze rozwiązanie wynika z tego, że sumując inne kąty nachylenia sekcji ud i podudzia, kąt w którym leży pacjent zawsze był kątem bezpiecznym tzn. większym niż 98°?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego, którego kąt nachylenia podparcia ud 20°?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 14: pakiet nr 2, pkt 40.

Czy Zamawiający dopuści regulacje kąta podudzia mechanizmem zapadkowym bez skali sześciostopniowej? Kąt nachylenia podparcia tydek to 16 °”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści materac postaci prewencyjnego materaca z pianki poliuretanowej o grubości 15cm?



Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Materac posiada udowodnione działanie przeciwoleżynowe i mapę redystrybucji nacisku. Materac spełnia wymogi normy 2.52 z łózkami oferowanymi przez naszą firmę.”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z pakietu szafek przyłóżkowych?

Obecny opis ogranicza konkurencję poprzez uniemożliwienie złożenia oferty oferentom nie posiadającym szafek przyłóżkowych lub posiadających inne parametry.”

Odpowiedź:

Nie.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**