



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Załącznik nr 2 do SIWZ

.....  
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 1 - Elektroniczna waga krzesłkowa					
Lp.	Opis	Cena jednostkowa brutto	Cena całości brutto	Nazwa handlowa	Producent
1.	<b>Elektroniczna waga krzesłkowa:</b>  Parametry techniczne: Blokowane kółka, podpórka dla stóp oraz rąk, łagodnie obracające się kółka. Zintegrowany akumulator pozwala na dokonanie ponad 1000 pomiarów. Maksymalny pomiar $\geq 200$ kg Funkcje: TARA, HOLD, BMI, przełączanie kg/lbs. Ciężar własny $\leq 24,5$ kg Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 565 x 920 x 810 mm (+/-50mm)				

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upewnoczeni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 2 – wózki inwalidzkie					
Lp.	Opis	Cena jednostkowa brutto	Cena całości brutto	Nazwa handlowa	Producent
1.	<b>Wózek inwalidzki:</b>  Parametry techniczne: Konstrukcja krzyżakowa, składana, pokryta chromem. Posiada koła pełne bezdętkowe, demontowane podnóżki i odchylane boki, tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią. Posiadający podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy. Szerokość siedziska 450 mm, udźwig $\geq 120$ kg.				

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 3 – łóżka szpitalne z wyposażeniem			
Lp.	PARAMETR/ WARUNEK	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny)	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji pantografowej podpierającej leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża	Tak, podać ilość punktów	
6.	Sterowanie elektryczne za pomocą pilota, wykonanego w całości z tworzywa sztucznego, co najmniej 8 – funkcyjnego, z możliwością blokady za pomocą kluczyka,	Tak, podać ile funkcji i jakie	



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



7.	Pilot wyposażony w diody LED informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota	Tak, podać	
8.	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo	Tak	
9.	Szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości polietylenu w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej (odcień żółty według systemu oznaczenia barw RAL)	Tak	
10.	Wymiary zewnętrzne łóżka „wersja nr 1 – „90”: - długość całkowita: 2170 mm (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 970 mm (+/- 10 mm)  Wymiary zewnętrzne łóżka „wersja nr 2 – „80”: - długość całkowita: 2140 mm (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 930 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
11.	Wymiary leża „wersja nr 1 – „90”: - szerokość: 900 mm (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm (+/- 10 mm)  Wymiary leża „wersja nr 2 – „80”: - szerokość: 800 mm (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
12.	Leże 4-segmentowe regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych	Tak	



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



13.	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 320 – 850 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
14.	Regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota	Tak	
15.	Opuszczane bariereki boczne na całej długości leża	Tak	
16.	Zabezpieczenie barierek bocznych przed przypadkowym opuszczeniem	Tak	
17.	Kąt przechyłu Trendelenburga minimum 0 - 15 °	Tak, podać	
18.	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18 °	Tak, podać	
19.	Kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75° (±5°)	Tak, podać	
20.	Kąt regulacji oparcia uda w zakresie do 40° (±10°)	Tak, podać	
21.	Część podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego	Tak	



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



22.	Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud	Tak	
23.	Łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 30 mm) z blokadą	Tak, podać średnicę	
24.	Bezpieczne obciążenie robocze 200 - 250 kg	Tak, podać	
25.	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak, podać	
<b>Wyposażenie łóżka szpitalnego</b>			
I	<b>Wysięgnik/Uchwyt ręki o regulowanej długości</b>	Tak	
II	<b>Materac gąbkowy:</b>		
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny)	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Długość: 200 (±5 cm) – do łóżka wersja nr 1 – “90” 200 (±5 cm) – do łóżka wersja nr 2 – “80”	Tak, podać	
6.	Szerokość: 90 (±10 cm) – do łóżka wersja nr 1 – “90” 80 (±10 cm) – do łóżka wersja nr 1 – “80”	Tak, podać	
7.	Twardość gąbki > T30	Tak, podać	
8.	Grubość 8 – 10 cm	Tak, podać	
9.	Materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny)	Tak	



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



10.	Materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych	Tak	
III	<b>Szafka przyłóżkowa:</b>		
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny)	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Szafka dwustronna z blatem bocznym z regulowaną wysokością (wymiar zakresu: 70 – 80 cm x 95 – 106 cm) za pomocą sprężyny gazowej	Tak, podać	
6.	Blat boczny z możliwością regulacji kąta pochylecia	Tak	



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**





Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



7.	Szafka złożona z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 - między górną szufladą i wysuwanym kontenerem i 2 - pod wysuwanym kontenerem np. na buty) i wysuwanego kontenera	Tak	
8.	Szafka wyposażona w minimum cztery kółka, w tym dwa z hamulcem	Tak, podać ilość	
9.	Szafka wykonana z wysokiej jakości polietylenu, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem łóżka. Fronty szafki w odcieniu żółtym według systemu oznaczeniu barw RAL	Tak	
10.	Wysokość szafki 72 – 82 cm	Tak, podać	
11.	Szerokość szafki 39 – 49 cm	Tak, podać	
12.	Długość szafki 49 – 59 cm	Tak, podać	
13.	Wymiar regulowanego blatu bocznego 55 – 65 cm x 35 – 45 cm	Tak, podać	



.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**