



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie łóżek szpitalnych.

### **Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający rozumie opisany w Formularzu Warunków Technicznych szczyt łóżka jako szczyt tworzywowy, jednorodny, bez miejsc łączenia wypełniony/wzmocniony od wewnątrz elementami metalowymi?”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przez szczyt łóżka rozumie szczyt jednorodny wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, bez miejsc łączenia, wypełniony/wzmocniony od zewnątrz elementami metalowymi.

### **Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 340 - 740 mm, ułatwiającą pacjentowi bezpieczne schodzenie z łóżka?”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym zakresem regulacji wysokości.

### **Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyłu Trendelburga i anty-Trendelenburga 16°?”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym kątem przechyłu.

### **Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o cechach szafki dwustronnej, z dwoma szufladami i przestrzenią pomiędzy nimi oraz miejscem na buty i przekładanym blatem, dającym możliwość ustawienia szafki zarówno po prawej, jak i lewej stronie łóżka?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej bez kontenera.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z białem bocznym o regulowanej wysokości w zakresie 80 – 110 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z białem bocznym o regulowanej wysokości w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z białem bocznym o regulowanej wysokości w zakresie 76 – 111 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z białem bocznym o regulowanej wysokości w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 88 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 91 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 52 cm?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej szerokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o długości 45 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej długości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 66 cm x 43 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach.

**Treść pytania:**

*„1. Łóżka szpitalne:*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości płyty z tworzywa HPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości płyty z tworzywa HPL.

**Treść pytania:**

*„2. Łóżka szpitalne*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2110 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

„3. Łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości całkowitej.

**Treść pytania:**

„4. Łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości leża.

**Treść pytania:**

„5. Łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 395 mm – 845 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym zakresem regulacji wysokości leża.

**Treść pytania:**

„1. Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z blatem bocznym z regulowaną wysokością za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 730 mm – 1000 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

„2. Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami głównym i bocznym wykonanymi płyty laminowanej?”



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z proponowanych materiałów.

**Treść pytania:**

„3. Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami głównym i bocznym wykonanymi z płyty HPL?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z proponowanych materiałów.

**Treść pytania:**

„4. Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści szafkę złożoną z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 -między górną szufladą i kontenerkiem i 2 -pod kontenerkiem np. na buty) i zamykanego drzwiczkami kontenera??”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych.

**Treść pytania:**

„5. Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo z elementami z tworzywa HPL (blaty główny i boczny), natomiast czoła szuflad i kontener wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo – kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym, tożsama z oferowanym kolorem łóżka – fronty szafki w odcieniu żółtym wg. systemu oznaczeń barw RAL?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki, z blatami głównym i bocznym wykonanymi z tworzywa HPL i z czołami szuflad i kontenerem wykonanymi z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

**Treść pytania:**

„6. Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 85 cm?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

*„7. Szafka przyłóżkowa*

*Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat boczny regulowany ma wymiar 55 x 34 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji pantografowej podpierającej leże w 4 punktach, gwarantującej stabilność leża?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji pantografowej podpierającej leże w minimum 6 punktach.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające pilota wyposażonego w diody LED informujące tylko o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pilotem, którego diody LED informują tylko o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty (z możliwością wyciągnięcia bez użycia narzędzi), wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, posiadające akcent kolorystyczny w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej (odcień żółty według systemu oznaczenia barw RAL)?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa typu ABS w kolorze uzgodnionym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej (odcień żółty według systemu oznaczenia barw PAL).

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości 830 mm i długości 1900 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego leże w proponowanych rozmiarach.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 420 – 840 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadający regulację wysokości leża góra – dół, pleców i uda za pomocą pilota oraz możliwość regulacji podudzia za pomocą systemu zapadkowego?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację leża góra – dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota, a części podudzia regulowanej za pomocą 6-stopniowego systemu zapadkowego.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 13°?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego proponowany kąt przechyłu Trendelenburga.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 14°?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego proponowany kąt przechyłu anty-Trendelenburga.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego (bez skali sześciostopniowej), ale w zakresie do 12°?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego regulację podudzia w zakresie do 12°.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o proponowanej średnicy.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny z możliwością montażu z prawej lub lewej strony szafki bez użycia narzędzi, co umożliwi postawienia szafki z prawej lub lewej strony łóżka, z regulowaną wysokością za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 80 – 120 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanym opisie.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny z możliwością regulacji kąta pochylecia z ogranicznikiem wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z ogranicznikiem ze stali lakierowanej proszkowo.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z górnej szuflady, przestrzeni otwartej (między górną szufladą, a otwieranym kontenerem), otwieranego kontenera oraz dolnej półki przeznaczanej na obuwie lub podręczne rzeczy pacjenta?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo, posiadającą blaty wykonane z płyty meblowej; fronty w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem łóżka według systemu oznaczenia RAL?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą długość 42 cm oraz długość z podporą blatu bocznego 63 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej długości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą wymiar regulowanego blatu bocznego 53 x 34 cm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**