



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie łóżek szpitalnych.

### **Treść pytania:**

*„Łóżka szpitalne:*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości 850 mm?  
Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości minimum 850 mm.

### **Treść pytania:**

*„Łóżka szpitalne*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w bardzo estetyczne i łatwo w otrzymaniu w czystości szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z w całości z tworzywa (z polipropylenu) z kolorową wkładką z możliwością wyboru jej koloru i dopasowania koloru stycznie do szafek przyłóżkowych?”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z tworzywa (z polipropylenu) z kolorowymi wkładkami.

### **Treść pytania:**

*„Łóżka szpitalne*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru i dopasowania kolorystycznie do szafek przyłóżkowych?”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania łóżek szpitalnych wyposażonych w szczyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

„Łóżka szpitalne

*W związku z rozbieżnymi zapisami w punktach 12, 14 a punktem 21, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga zaoferowania łóżka z leżem czterosegmentowym w którym elektrycznie regulowana jest wysokość leża, kąt pochylenia oparcia pleców oraz kąt pochylenia segmentu uda, a segment podudzia regulowany za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka z leżem czterosegmentowym, w którym elektrycznie regulowana jest wysokość leża, kąt pochylenia oparcia pleców oraz kąt pochylenia segmentu uda, a segment podudzia regulowany jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.

**Treść pytania:**

„Łóżka szpitalne

*Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane jest zaoferowanie łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.

**Treść pytania:**

„Łóżka szpitalne

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w składane wzdłuż leża bariery boczne zabezpieczające leża na  $\frac{3}{4}$  długości leża, bez dodatkowych protektorów?*

*Oferowane poręcze boczne spełniają wymogi obowiązującej normy PN EN 60601-2-52”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga łóżka szpitalnego z opuszczanymi barierkami bocznymi na całej długości leża, a dopuszcza rozwiązanie, w którym bariery boczne zabezpieczają leże na  $\frac{3}{4}$  jego długości, a na  $\frac{1}{4}$  są specjalistyczne protektory.

**Treść pytania:**

„Materac gąbkowy

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac szpitalny posiadający szerokość 850 mm, dopasowany do szerokości leża łóżka?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający w wymaganiach dotyczących materaca gąbkowego określił jego dopuszczalną szerokość 90 cm (+/- 10 cm).

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z ogranicznikami w postaci metalowych relingów?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z ograniczkami w postaci metalowych relingów.

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z ogranicznikami wykonanymi z płyty HPL w tej samej kolorystyce co blat?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z ogranicznikiem z płyty HPL w tej samej kolorystyce co blat.

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 740 do 1040 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową złożoną z górnej szuflady, jednej przestrzeni otwartej (pomiędzy górną szufladą i wysuwnym kontenerem) i wysuwanego kontenera, bez dodatkowej półki pod kontenerem?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych.

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa

*Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez opisane w punkcie 9 „elementy z tworzywa HPL” należy rozumieć front szuflady i kontenera.”*

**Odpowiedź:**

Poprzez opisane w punkcie 9 „elementy z tworzywa HPL” należy rozumieć front szuflady i kontenera.

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.

**Treść pytania:**

„Pytania do SIWZ

W zawiązku z zawartym w SIWZ kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej „dodatkowa ilość łóżek”, prosimy o wskazanie minimalnej ilości łóżek jaką Wykonawca winien zaoferować od której będą przyznawane dodatkowe punkty w tym kryterium. W chwili obecnej potencjalny oferent nie ma wiedzy jaką ilość łóżek należy wycenić, przy tak sformułowanych wymogach może to być 1 szt. lub np. 100 szt.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił minimalną ilość łóżek w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z pkt. III ppkt. 3 siwz:

**„3. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczy maksymalnie kwotę 373.096,87 zł brutto. W ramach tej kwoty wymagane jest zaoferowanie min. 60 sztuk łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem, które szczegółowo zostały opisane w formularzu warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Jednym z kryterium oceny ofert jest dodatkowa ilość łóżek. Zamawiający będzie punktował zaoferowaną dodatkową ilość łóżek wg zasad określonych w pkt. XVII SIWZ.”**

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy minimalna ilość łóżek jaką winien zaoferować wykonawca to 60



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



sztuk.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne ze szczytami (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa hpl?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego ze szczytami wykonanymi z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości płyty z tworzywa HPL.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego wysokość regulowana jest w zakresie 380 – 810 mm? Parametr ten różni się w nieznacznym stopniu od oczekiwanego i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym zakresem regulacji wysokości.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego segment podudzia regulowany jest przy pomocy mechanizmu zapadkowego? Pozostałe funkcje (wysokość, oparcie pleców i uda) dokonywane są elektrycznie.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z segmentem podudzia regulowanym za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego kąt przechyłu anty – Trendelenburga regulowany jest w zakresie 0 – 16°? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym kątem przechyłu.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem, w których koła mają średnicę 150 mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w koła o proponowanej średnicy.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały wbudowany akumulator?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby łóżko szpitalne posiadało akumulator, ale wbudowany akumulator nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały funkcję przedłużenia leża o min. 200 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją przedłużenia leża o min. 200 m, ale nie jest to warunek wymagany do spełnienia.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści materac o charakterze ognioodpornym (przeszedł test „tłącego papierosa” i „płomień zapałki”)?”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści materac o charakterze ognioodporny, pod warunkiem spełnienia przez niego pozostałych wymagań.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo (w tym drzwiczki i czoła szuflad)?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej, gdzie drzwiczki i czoła szuflad będą wykonane ze stali lakierowanej proszkowo.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1060 mm?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości w proponowanym zakresie.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową złożoną z górnej szuflady, przestrzeni otwartej (między górną szufladą a otwieranym kontenerem) oraz otwieranym kontenerem?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której wysokość wynosi 850 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie wpływa on na właściwości użytkowe.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której blat boczny ma wymiary 590 x 345 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie wpływa on na właściwości użytkowe.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Pozwoli to na złożenie oferty przez naszą firmę.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji zamówienia.

**Treść pytania:**

*„Czy Zamawiający odstąpi od wykluczenia kraju pochodzenia oferowanych produktów Chiny? Zgodnie z art. 7 PZP Zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie przetargowe w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie dla Wykonawców.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wykluczenia kraju pochodzenia oferowanych produktów Chiny.

**Treść pytania:**

*„Łóżko szpitalne - Pyt. 1 poz. 5*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko regulowane elektrycznie podpartej konstrukcji ramowej w 4 miejscach? Takie rozwiązanie również gwarantuje stabilność.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji pantografowej podpierającej leże w minimum 6 punktach.

**Treść pytania:**

*„Łóżko szpitalne - Pyt. 2 poz. 6, 7*

*Czy Zamawiający dopuści pilot wykonany w całości z tworzywa sztucznego wyposażony w 8 przycisków do regulacji łóżka oraz odstąpi od możliwości blokady za pomocą kluczyka i wyposażenia*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**





Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
http://www.zol.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



*w postaci w diody LED? Pozwoli to na złożenie oferty korzystnej cenowo.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi w zakresie pilota do łóżka szpitalnego od możliwości blokady za pomocą kluczyka i wyposażenia w postaci w diody LED.

**Treść pytania:**

*„Łóżko szpitalne - Pyt. 3 poz. 9*

*Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z możliwością demontażu bez użycia narzędzi wykonane z tworzywa ABS w kolorze pasującym do zaoferowanej szafki (niebieski). Jest to kolor uniwersalny do każdego wyposażenia sal szpitalnych.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szczytów łóżka w kolorze niebieskim.

**Treść pytania:**

*„Łóżko szpitalne - Pyt. 4 poz. 10, 11, 12*

*Czy Zamawiający dopuści podane wymiary:*

*Zewnętrzne*

*- długość: 2130 mm*

*- szerokość: 970 mm*

*Wewnętrzne (leże)*

*- długość: 1900 mm*

*- szerokość: 830 mm*

*Regulacja wysokości: 360-710 mm*

*Podane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego leże w proponowanych rozmiarach.

**Treść pytania:**

*„Łóżko szpitalne - Pyt. 5 poz. 16, 17*

*Czy Zamawiający odstąpi od regulacji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga? Pozwoli to na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, przez co wzrośnie konkurencyjność ofert.”*



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od regulacji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga.

**Treść pytania:**

„Łóżko szpitalne - Pyt. 6 poz. 21

Czy Zamawiający odstąpi od regulacji części podudzia za pomocą systemu u zapadkowego?  
W zamian oferujemy jednoczesną regulację segmentu uda i podudzia za pomocą jednego przycisku na pilocie, co może być uznane za parametr równoważny.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z jednoczesną regulacją segmentu uda i podudzia za pomocą jednego przycisku na pilocie.

**Treść pytania:**

„Materac gąbkowy - Pyt. 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wymiary materaca:

- długość: 200 cm

- szerokość: 83 cm

Podane parametry zapewniają komfortowe korzystanie z łóżka przez pacjenta jak i zapewniają swobodną zmianę pozycji przy podniesionych barierkach.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający w wymaganiach dotyczących materaca gąbkowego określił jego dopuszczalną szerokość 90 cm (+/- 10 cm).

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa - Pyt. 1 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną z regulowanym blatem bocznym w zakresie 77 - 100 cm za pomocą sprężyny bez możliwości kąta pochylecia? Oferowany produkt jest łatwy w transporcie co zapewnia bezproblemowe ustawienie szafki według potrzeb.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej bez możliwości kąta pochylecia, a w zakresie stronności dopuści rozwiązanie, w którym szafki mają możliwość montażu blatu bocznego z prawej lub lewej strony szafki bez użycia narzędzi, co umożliwi postawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa - Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę złożoną z szuflady umieszczonej pod blatem (120 mm), przestrzeni otwartej (240 mm) oraz szafki zamkniętej (250 mm)? Pozwoli to na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców przez co wzrośnie konkurencyjność ofert.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej bez kontenera.

**Treść pytania:**

„Szafka przyłóżkowa - Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę o podanych wymiarach:

- wysokość: 80 cm
- szerokość: 58,5 cm
- głębokość: 39 cm
- wymiary blatu bocznego: 45 x 30,5 cm

Podane wymiary nieznacznie różnią się od pozostałych i mogą być uznane za równoważne.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o maksymalnej szerokości 52 cm. Pozostałe wymiary są przez Zamawiającego dopuszczalne.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie  
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata  
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**