



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 14/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

„Pytanie 1 (dot. części nr 6 – Wózek kąpielowy- sanitarny)

„Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy o całkowitej szerokości 64,1cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką szerokość.

Treść pytania:

„Pytanie 2 (dot. części nr 5 – Sterowana elektrycznie wanna prysznicowa)

„Czy Zamawiający dopuści wannę z indywidualną blokadą każdego koła, bez centralnej blokady kół?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Treść pytania:

„Pytanie 3 (dot. części nr 12 –wózki inwalidzkie)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki inwalidzkie posiadające koła bezdętkowe nie wymagające pompowania, posiadające maksymalne obciążenie 120 kg przy szerokości siedziska 38, 40, 42, 44, 48 cm. Posiadające maksymalne obciążenie 150 kg przy szerokości siedziska 55 i 60 cm. Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie wózki.

Treść pytania:

„Pytanie 4 (dot. części nr 12 –wózki inwalidzkie)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki inwalidzkie na tylnych dużych kołach?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tylnych dużych kół.