



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 14/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:

„Pytanie 1 (dot. części nr 5 - Sterowana elektrycznie wanna prysznicowa)

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 570-870mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektryczną regulację w proponowanym zakresie.

Treść pytania:

„Pytanie 2 (dot. części nr 5 - Sterowana elektrycznie wanna prysznicowa)

Czy Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym (głowa u góry) która nie jest pełną pozycją anty-trendelenburga?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym bez pełnej pozycji anty-trendelenburga.

Treść pytania:

„Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 42 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w części nr 5 realizację zamówienia do 42 dni.

Treść pytania:

„Pytanie 1 (dot. części nr 9 - Wyposażenie medyczne, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stojaka wykonanego ze stali nierdzewnej, proponowany parametr jest wyższy od wymaganego w SIWZ.? Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części 9 Stojaka na kroplówki - 15 szt., podobnie jak w poz. 14 wózek zabiegowy, który jest również wyposażeniem medycznym. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i równe



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

traktowanie wykonawców oraz pozwoleń na złożenie korzystnych cenowo ofert również innym firmom. Państwu umożliwi natomiast lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa interesie."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stojak na kroplówki ze stali nierdzewnej, jednocześnie nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Treść pytania:

„Pytanie 2 (dot. części nr 9 - Wyposażenie medyczne, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kozetki lekarskiej z regulacją w zakresie $-60^{\circ}+50^{\circ}$, wymiary: dł. 180 cm, szer. 61 cm, wys. 61 cm, które różnią się nieznacznie od wymaganych w SIWZ? Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części 9 Kozetkę lekarską - 3 szt., podobnie jak w poz. 14 wózek zabiegowy, który jest również wyposażeniem medycznym. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i równe traktowanie wykonawców oraz pozwoleń na złożenie korzystnych cenowo ofert również innym firmom. Państwu umożliwi natomiast lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa interesie.."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o proponowanym opisie i parametrach, jednocześnie nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.