



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia 2.

Dotyczy część nr 17 – Szafki BHP dla DDOM

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści ławkę szatniową stelaż wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor odcień brązu. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi wys. 460 mm x szer. 1200 mm x gł. 440 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści ławkę szatniową o proponowanych parametrach, z jednoczesnym sprostowaniem, że długość ławki w opisie powinna wynosić 1000 mm.

Treść pytania:

„Czy komora szafy metalowej ma być podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowana szafa metalowa nie była podzielona na dwa przedziały.

Dotyczy część nr 4, poz. 3 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki wyposażone w tapicerkę tekstylną?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka inwalidzkiego z tapicerką tekstylną.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Dotyczy część nr 32, poz. 2 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki wyposażone w tapicerkę tekstylną?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka inwalidzkiego z tapicerką tekstylną.

Dotyczy część nr 32, poz. 1 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny posiadający:

- szerokość siedziska 460 mm lub 480 mm*
- głębokość siedziska regulowaną w zakresie 420 – 500 mm*
- wysokość siedziska od 440 do 520 mm*
- całkowitą wysokość od 1040 mm do 1180 mm*
- całkowitą szerokość 620 mm?*

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny o proponowanych parametrach, za wyjątkiem parametrów dotyczących głębokości siedziska i jej regulacji, minimalnej wysokości siedziska oraz całkowitej wysokości.

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny wyposażony w koła pełne?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny z kołami pełnymi.

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny posiadający głębokość użytkową siedziska 510 mm?”



Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka inwalidzkiego specjalnego o proponowanej głębokości użytkowej.

Dotyczy część nr 35 – Podnośnik dla Pawilonu nr 4

Treść pytania:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika elektrycznego o maksymalnym obciążeniu do 175 kg i parametrach:

- najniższa pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu – 766 mm*
- maksymalna pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu – 1840 mm*
- zakres podnoszenia (zakres wysokości) – 1074 mm*
- długość ramienia – 1150 mm*
- długość całkowita – 1290 mm*
- minimalny rozstaw ramion – 554 mm*
- maksymalny rozstaw ramion – 945 mm*
- wysokość kolumny / wysokość ramy – 111,5 mm*

Posiadający możliwość podnoszenia pacjenta z podłogi, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny o proponowanych parametrach.

Dotyczy część nr 7 – Stoły do rehabilitacji i masażu dla DDOM

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu stoły rehabilitacyjne, który posiada wszystkie wymagane parametry, ale z szerszym zakresem regulacji wysokości 50 - 100?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stoły rehabilitacyjne o proponowanym szerszym zakresem regulacji wysokości.

Dotyczy część nr 32, poz. 1 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4

Treść pytania:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Wózek inwalidzki specjalny, posiadający koła pełne nie wymagające pompowania, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny z kołami pełnymi niewymagającymi pompowania.