



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr 1 – Aparat EKG na potrzeby DDOM (Kod cpv 33112200-0)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Aparat EKG	<ul style="list-style-type: none">- urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG,- minimalna przekątna ekranu 5.7 cali (118x89mm),- minimalna rozdzielczość ekranu: 320x240- ekran zapewnia widoczne dane pacjenta podczas pomiaru,- ekran sygnalizuje brak kontaktu elektrod z pacjentem i złą jakość sygnału,- urządzenie wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną, odporną na mycie wodą i detergentami,- szerokość papieru ≥ 112mm,- urządzenie zapewnia bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4),- czułość co najmniej: 2.5, 5, 10, 20mm/mV,- prędkość wydruku co najmniej: 5, 10, 25, 50mm/s,- filtr zakłóceń sieciowych nie gorszy niż: 50-60Hz,- filtr zakłóceń mięśniowych nie gorszy niż: 25, 35Hz,- filtr izolinii: 0.05 (3.2s), 0.11 (1.5s), 0.25 (0.6s), 0.50 (0.3s), 1.50 (0.1s),- ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2;- urządzenie zapewnia zapis minimum do 120 badań w pamięci aparatu,- urządzenie wyposażone w tryb ręczny lub automatyczny,- urządzenie zapewnia możliwość zapisu w czasie rzeczywistym i w trybie automatycznym,- urządzenie posiada zabezpieczenie przed defibrylacją,- urządzenie posiada wbudowany akumulator oraz zasilanie sieciowe lub akumulatorowe.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 2 – Sprzęt medyczny na potrzeby DDOM (Kod cpv 33190000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej	Zestaw ratownictwa medycznego WOPR R-1 lub równoważny o składzie zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1			
2.	Ciśnieniomierz	- naramienny, - elektroniczny, - wyposażony w: automatyczny zawór uwalniania powietrza, mankiet (pasujący na obwód ramienia 20-35 cm), wskaźnik zbyt wysokiego ciśnienia krwi oraz wyświetlacz cyfrowy LCD.	1			
3.	Zestaw do reanimacji	- zestaw zabezpieczony wraz z wyposażeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi i klimatycznymi w walizce wykonanej z blachy aluminiowej, lakierowanej ze wzmocnionymi narożnikami. Walizka powinna posiadać wewnętrzne przegrody i taśmy mocujące uniemożliwiające przemieszczanie się wyposażenia podczas transportu - wykonanie zestawu: chromowane zamki, uchwyt, narożniki; oznaczenia i symbole zewnętrzne w kolorach odbłaskowych, - wyposażenie: wkładki polistyrenowe o stałym podziale zabezpieczone uchylną płytą poliwęglanową, gumowe taśmy mocujące, - wyposażenie i listwy ampularium na 110 ampułek, - wymiary: 530 x 370 x 190 (mm) (+30 mm), - waga bez wyposażenia ≤ 6,5 kg.	1			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

4.	Glukometr	<ul style="list-style-type: none">- przenośny aparat do pomiaru glukozy we krwi,- przedstawiający wynik pomiaru po maksymalnie pięciu sekundach,- włączenie aparatu następuje w momencie włożenia paska testowego,- aparat z funkcją zapamiętywania min. 200 ostatnich pomiarów,- aparat z możliwością transmisji wyników do komputera.	1			
5.	Stetoskop	<ul style="list-style-type: none">- stetoskop ze stali nierdzewnej z dwustronną głowicą,- z dwukanałowym przewodem w kształcie litery „Y” niezawierającym lateksu,- o całkowitej długość przewodu 80-85 cm.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 3 – Sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Kule łokciowe (w komplecie 2 szt.)	Przeznaczone dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi, - posiadające podwójną, bezstopniową regulację wysokości (od podłoża do uchwytu ręki) oraz uchylną podpórkę łokciową, - dopasowane do wzrostu użytkownika w przedziale 155-185 cm oraz wadze nieprzekraczającej 120 kg.	2			
2.	Laski ortopedyczne	-Laska ortopedyczna z możliwością bezstopniowej lub skokowej (co 2 cm) regulacji wysokości, - posiadająca uchwyt uniwersalny (ergonomiczny dla obu rąk), odblask, tulejkę tłumiącą, - wykonana z lekkiego anodowanego aluminium, o wytrzymałości ≥ 120 kg, - z możliwością regulacji uchwytu pod podłoża w zakresie 70-80 cm x 85-95 cm.	5			
3.	Piłki rehabilitacyjne	Piłka gimnastyczna z tworzywa ABS, - z pompką w zestawie, - o szerokości 45 (10 szt.) i 55 (5 szt.) cm.	15			
4.	Laski do ćwiczeń	Laska do ćwiczeń, gimnastyczna, - wykonana z tworzywa sztucznego, - o długości 90 (7 szt.)/120 (3 szt.) cm i średnicy 2,5 cm.	10			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 4 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM (Kod cpv 33193120-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion	Balkonik wykonany ze stali stopowej, - posiada miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości, - wysokość podpór ramion: 100 - 125 cm, - całkowita długość 82 cm (+- 5 cm), - całkowita szerokość 67 cm - 75 cm, - maksymalne obciążenie ≥ 130 kg, - wyposażony w cztery koła.	3			
2.	Chodziki	Chodzik trójkołowy wykonany ze stali, - maksymalne obciążenie ≥ 115 kg, - z zakresem regulacji wysokości (750-850 cm - 900-950 mm), - o maksymalnej szerokości: 670 mm (+- 50 mm), - wyposażony w trzy koła, amortyzatory i hamulce, - składany.	3			
3.	Wózki inwalidzkie	Konstrukcja krzyżakowa, składana, pokryta chromem, - posiada koła pełne bezdętkowe, - demontowane podnóżki i odchylane boki, - tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią. - posiadający podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy. - szerokość siedziska min. 450 mm, udźwig ≥ 120 kg.	5			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 5 – Drabinki, materace UGUL dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Drabinki do ćwiczeń	Drabinki do ćwiczeń gimnastyczne (skręcane na konfirmaty), - drewniane (buk), - pojedyncze, w komplecie z zestawem montażowym (do ściany), - w rozmiarze: 250 cm x 70 cm.	4			
2.	Materace do ćwiczeń	Materac gimnastyczny do ćwiczeń, - w rozmiarze 200 cm (długość) x 120 cm (szerokość), o grubości 15 cm, - w pokrowcu z pianką o sztywności T40.	4			
3.	UGUL	Kabina do ćwiczeń i zawieszek Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego wielorazowego zastosowania np. w niskich i wysokich pozycjach, z dawkowanym oporem, wyciągów pośrednich, o wymiarach: - wysokość: 203 cm (+5 cm), - szerokość: 200 cm (+5 cm), - długość: 200 cm (+5 cm), - możliwość ćwiczących pacjentów w ilości 2-5 równocześnie, - w skład kabiny wchodzi: linki - 14 szt.; podwieszka przedr. i podudzi - 4 szt.; podwieszka ud i ramion - 4 szt.; podwieszka pod miednicę - 1 szt.; podwieszka klatki piersiowej - 1 szt.; podwieszka pod głowę - 1 szt.; podwieszka stóp - 2 szt.; podwieszka dwustawowa - 2 szt.; pas do wyciągu za miednicę - 1 szt.; kamaszek - 1 szt.; ciężarki miękkie - 8 szt.; esik - 30 szt.	2			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 6 – Rotory dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Rotory do ćwiczeń kończyn górnych	Rotor rehabilitacyjny wolnostojący do ćwiczeń kończyn górnych ze stopkami antypoślizgowymi, - o wymiarach: 40-50 cm (szerokość) x 45-55 cm (wysokość) x 36-46 cm (długość) i wadze 3-6 kg.	2			
2.	Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych	Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych z pokrętłem umocowanym w pozycji poziomej na wysokości osi obrotu korby, umożliwiającym płynną regulację oporu, - o wymiarach: 80-110 cm (szerokość) x 25-35 cm (wysokość) x 35-45 cm (głębokość) i wadze 5-12 kg, - z możliwością montażu pionowo lub poziomo.	2			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 7 – Stoły do rehabilitacji i masażu dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Stoły do rehabilitacji	Stół rehabilitacyjny na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, - z regulowanym zagłówkiem (kąt -80 / +50), - winylową tapicerką o wysokiej odporności oraz dwusekcyjnym leżyskiem o regulowanej wysokości 55-85 cm, - długości 195-205 cm oraz głębokości 65-75 cm, - maksymalny udźwig do 200 kg.	2			
2	Stół do masażu	Stół do masażu na podstawie wykonanej ze stalowych profili malowanych proszkowo, - z 5-segmentowym leżyskiem, - z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany; w zakresie 45-95 cm), - z regulowanym zagłówkiem z wycięciem (kąt -80 / +45), - z tapicerką winylową, - o wymiarach: 190-200 cm (długość), 65-75 cm (głębokość), - maksymalny udźwig do 200 kg.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 8 – Zestaw do krioterapii miejscowej dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Zestaw do krioterapii miejscowej	Mobilny aparat do krioterapii miejscowej nawiewami ciekłego azotu w temperaturze -150°C/-160 °C, - wyposażony w zbiornik na ciekły azot o pojemności min. 32/50 litrów, - 60-minutowy zegar zabiegowy, - możliwość regulacji stopnia intensywności nawiewu, - zużycie ciekłego azotu - 0,1-0,15 kg/min, - wyświetlacz kolorowy LCD lub LED.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 9 – Aparat do elektroterapii dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Aparat do elektroterapii	Aparat do elektroterapii dwukanałowy (z dwoma całkowicie niezależnymi obwodami do elektroterapii), - generujący prądy różnej częstotliwości (maksymalne natężenie 110 mA, maksymalne napięcie 500V), w tym: interferencyjny dwu- i czteropolowy, galwaniczny ciągły, jonoforeza, diadynamiczne, TENS-a (unipolarny, biopolarny i bipolarny symetryczny, asymetryczny i interwałowy), Traeberta, Kotz'a, HV, impulsy unipolarne i interwałowe prostokątne i trójkątne oraz mikroprądy, - ciekłokrystaliczny wyświetlacz, - wyposażenie: elektrody, podkłady i pasy do ich mocowania, przewody oraz torba do przenoszenia.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 10 – Aparat do terapii ultradźwiękowej dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	Aparat do terapii ultradźwiękowej - możliwość pracy z dwoma/trzema głowicami ultradźwiękowymi (częstotliwość pracy 1 i 3 MHz), - z minimum 30 programami zabiegowymi, - możliwość pracy ciągłej i impulsowej, - liczba aplikatorów minimum 2, - wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 5 cali, - zegar zabiegowy 0-30 minut, - waga < 5 kg.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 11 – Impulsowe pola magnetyczne dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości	Aparat do terapii diatermią wysokiej częstotliwości, - możliwość pracy ciągłej lub impulsowej, - generowana częstotliwość <28 MHz, - moc w pracy ciągłej 0-100 W, - moc w pracy impulsowej 0-200 W, - szerokość impulsu < 400 µs. dwie elektrody 12 cm.	1			
2.	Impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości	Aparat jednokanałowy do magnetoterapii polem magnetycznym generowanym poprzez aplikatory szpulowe, - możliwość pracy ciągłej i modulowanej, - różne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, - dwa aplikatory szpulowe o śr. 600 i 300 mm, - maksymalna indukcja <10 mT, - wbudowane programy zabiegowe minimum 50, -zakres częstotliwości < 60 HZ.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 12 – Lampa sollux dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Lampa sollux	Lampa sollux przeznaczona do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych o mocy $\geq 375W$ posiadająca: <ul style="list-style-type: none">- statyw z podstawą jezdnią i hamulcem,- promiennik IR-1 375 W,- funkcję wymuszonego chłodzenia,- zasilanie 230 V, 50 Hz,- wyposażenie: okulary ochronne, filtr niebieski, filtr czerwony oraz siatka zabezpieczająca.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 13 – Laser biostymulacyjny dla DDOM (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1	Laser biostymulacyjny ze skanerem	Zaawansowany zestaw do biostymulacji laserowej umożliwiający pracę zarówno przy pomocy sond punktowych (R 50 mW i IR 400 mW) jak i w trybie automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej, posiadający: <ul style="list-style-type: none">- podświetlany wyświetlacz LCD,- oprogramowanie w języku polskim,- regulację mocy w zakresie 20 – 100%,- wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu,- dwie pary okularów ochronnych,- statyw na kółkach z półką pod sterownik.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 14 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego dla DDOM (Kod cpv 39710000-2)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Czajnik bezprzewodowy elektryczny	pojemność [L] 1,7, zatraskiwana pokrywa, filtr antywapniowy, grzałka ukryta, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, moc [W] $\geq 2000 \leq 2500$, lampka kontrolna, chowanie przewodu - schowek na przewód.	2			
2.	Kuchenka mikrofalowa	Wysokość [cm] $25 \div 30$, szerokość [cm] $45 \div 50$, głębokość [cm] $40 \div 45$, sterowanie manualne, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy, moc [W] $\geq 900 \leq 1000$, pojemność [L] ≥ 23 . średnica talerza obrotowego [cm] 27, kolor Inox.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 15 – Meble na wymiar dla DDOM (Kod cpv 39150000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Stolik okrągły	Stolik okrągły na trzech nogach, laminowany obustronnie, z wykończeniem PCV, wymiary średnica 60 cm, mocowane osobno dębowe nogi z toczzonego drewna, kolor dąb mleczny.	3			
2.	Panel z płyty meblowej	Panel z płyty meblowej zabezpieczony obrzeżem z PCV z czterema haczykami na odzież wierzchnią, wymiary szer.: 40 x wys.: 180 cm, kolor dąb mleczny.	12			
3.	Szafka biurowa	Szafka biurowa niska 2 - drzwiowa z regulowanymi półkami, wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, wymiary 60 x 40 x 80 cm, kolor dąb mleczny.	2			
4.	Szafka biurowa	Szafka biurowa niska 2 - drzwiowa z regulowanymi półkami, wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, wymiary 80 x 40 x 80 cm, kolor dąb mleczny.	1			
5.	Szafa biurowa na dokumenty	Szafa biurowa 2 - drzwiowa z regulowanymi półkami, zamykana, wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, wymiary 90 x 40 x 180 cm, kolor dąb mleczny.	3			
6.	Szafa biurowa na dokumenty	Szafa biurowa 2 - drzwiowa z regulowanymi półkami, zamykana, wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, wymiary 60 x 40 x 180 cm, kolor dąb mleczny.	2			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

7.	Biurko	Biurko, 2 - szafkowe (1 część z półką, druga z miejscem na komputer), zamykana 1 część, z wysuwaną półką na klawiaturę, wykonane z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV, wymiary 140 x 80 x 74 cm, kolor dąb mleczny.	4			
8.	Panel z płyty meblowej	Panel z płyty meblowej zabezpieczony obrzeżem z PCV, z lustrem, wymiary szer.: 40 x wys.: 180 cm, kolor dąb mleczny.	1			
9.	Stolik	Stolik kwadratowy z płyty meblowej, zabezpieczony obrzeżem PCV, na 4 nogach chromowanych o średnicy 6 cm, wymiary 80 x 80 x 74cm. Kolor blatu dąb mleczny.	6			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 16 – Różne meble i wyposażenie dla DDOM (Kod cpv 39150000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel	Sofa rozkładana z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel, bez boków, wykonana z tapicerki zmywalnej (eko-skóry), na nóżkach, wymiary: 90x210x80 cm.	1			
2.	Fotel wypoczynkowy	Fotel wykonany z tapicerki zmywalnej (eko-skóry) kolor do wyboru, fotel na nóżkach chromowanych, wymiary szerokość 65-70cm, głębokość 70-75cm, wysokość 75-80 cm.	2			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 17 – Szafki BHP dla DDOM (Kod cpv 34911100-7)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Szafka metalowa	Szafka ubraniowa metalowa, 1-drzwiowa, malowana w całości proszkowo-kolor do wyboru, z zamkiem i podwójną wentylacją. W środku drążek i półka oraz dwa haczyki, wymiary: wys. 1800 mm, szer. 400-410 mm, gł. 450-490 mm.	14			
2.	Ławka szatniowa	Ławka szatniowa, z konstrukcji profili stalowych laminowanych, siedzisko z listew z tworzywa sztucznego imitującego drewno, o wymiarach dł.:100 x gł.:400 wys.: 420-450 mm.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 18 – Regały magazynowe dla DDOM (Kod cpv 39141100-3)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Regał magazynowy	Regał magazynowy 4-półkowy o regulowanym rozstawie półek, konstrukcja z profili aluminiowych o wymiarach 80x50x200 cm.	10			
2.	Regał magazynowy	Regał magazynowy 4-półkowy o regulowanym rozstawie półek, konstrukcja z profili aluminiowych o wymiarach 70x50x200 cm.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 19 – Krzesła dla DDOM (Kod cpv 39112000-0)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Krzesło	Krzesło na metalowym chromowanym stelażu, siedzisko i oparcie plastikowe, trwałe, ze specjalną powłoką antypoślizgową, kolor odcienie beżu.	26			
2.	Fotel biurowy	Fotel obrotowy, tapicerowany, zmywalne siedzisko i oparcie, regulowana wysokość oparcia, regulowane podłokietniki z miękkimi, zmywalnymi nakładkami.	4			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 20 – Fotel multifunkcyjny dla DDOM (Kod cpv 39112000-1)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Fotel multifunkcyjny	Multifunkcyjny fotel do wypoczynku z możliwością transportu chorych, z regulacją wysokości, uniwersalnym systemem blokowania kół przy opuszczaniu krzesła przez chorego, z podłokietnikami, z pozycją do czytania, pisania jedzenia i leżenia, niezależna regulacja pleców, niezależna regulacja podnóżka, parametry: wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej 910x685 mm, wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej 1610x685 mm, regulacja wysokości 490-750 mm, regulacja pleców 12 / 70°, regulacja podnóżka -12 / -90°, regulacja podłokietników -25/0/25/90°, bezpieczne obciążenie 150 kg.	2			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 21 – Różne siedziska i krzesła dla DDOM (Kod cpv 39112000-1)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Krzesło specjalistyczne	Krzesło specjalistyczne obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego, z regulacją wysokości krzesła (60-87 cm) za pomocą podnośnika pneumatycznego, pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucznego, samohamowane koła do powierzchni twardych, regulowana góra, dół z podnóżkiem.	1			
2.	Krzesło obrotowe	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, śrubowa regulacja wysokości siedziska, siedzisko tapicerowane, możliwość wyboru koloru tapicerki, parametry: szerokość 320mm, wysokość regulowana 490mm-620mm, na 4 kółkach.	2			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 22 – Wyposażenie medyczne dla DDOM (Kod cpv 33190000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Stolik opatrunkowy-narzędziowy	Ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wyposażony w zespoły jezdne z odbojami, blat płaski, wymiary: 60x60x89 cm.	1			
2.	Kozetka lekarska	Ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, leże dwusegmentowe tapicerowane beższwowo z ręczną regulacją zagłówka, uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego, wymiary: dł.: 1850 -1900 x szer.: 560-600, wys.: 550-600 mm.	2			
3.	Parawan	Parawan w wersji na kółkach, metalowy szkielet lakierowany proszkowo, zasłona z tkaniny bawełnianej, możliwość spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków, tkanina dostępna w kolorach: biały, beżowy lub niebieski, wymiary: 1000 x1660-1700 mm.	1			
4.	Wózek do aparatury medycznej	Wózek do aparatury medycznej z konstrukcji stalowej, z wkładem szufladowym, pojemnik uniwersalny, na kółkach, wymiary półki 565x540 mm, wymiary użytkowe półki: 495x470 mm, wysokość 820- 860 mm.	1			
5.	Materac rehabilitacyjny	Materac o wymiarach 195x100x10 cm, składany, zapinany na rzepy, przeznaczony do rehabilitacji pacjentów, wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej trwałą zmywalną powłoką typu skaj.	3			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 23 – Komputery i drukarki laserowe dla DDOM (Kod cpv 31710000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Drukarka laserowa	Drukarka laserowa, druk czarno-biały, format druku A4, prędkość drukowania min.28 str/min., wydruku dwustronne, maksymalna rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200), maksymalne dopuszczalne obciążenie do 30 000 stron miesięcznie, wymiary (szer. x głęb. x wys.) 364 x 369 x 239.2 mm, z portami USB, LAN.	5			
2.	Komputer stacjonarny z monitorem i myszką	Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowań biurowych, z aktualnym systemem operacyjnym i podstawowym oprogramowaniem, wraz z monitorem 23 (z interfejsem DVD-D, D-SUB, z HDMI), klawiaturą oraz myszką, parametry techniczne: systemem operacyjny WINDOWS 10 PRO-64, procesor Inter Core i5, RAM 8GB, ilość banków pamięci min 2 szt., ilość wolnych banków pamięci min. 1 szt., HDD 500 GB, napęd DVD RW, Mbit/s, zintegrowana karta sieciowa LAN 100/1000 Mb/s, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, interfejsy min 6x USB 2.0 + min 2x USB 3.0, min, 2 porty USB na przednim panelu oraz DVD-D, D-SUB, oprogramowanie: Microsoft Office 2013 (WORD, EXEL, POWER POINT), moc zasilacza min 350 W.	5			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 24 – Telewizor dla DDOM (Kod cpv 32324600-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Telewizor LCD + uchwyt ścienny	Ekran 32 cale / 80 cm, 16:9, rozdzielczość HD Ready, 1366 x 768, tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy, optymalizacja ruchu Backlight Motion Rate 400 Hz, system dźwięku przestrzennego V-Audio, moc głośników 2 x 10 W, kolor obudowy czarny, wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) 73,4 x 47,4 x 14,8 cm, wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) 73,4 x 43,7 x 6,9 cm, możliwość montażu na ścianie, uchwyt ruchomy, liczba złączy HDMI 2 szt., liczba złączy USB 1 szt., złącze EURO 1 szt.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 25 – Wózki popychane dla DDOM (Kod cpv 34912100-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek transportowy	Wózek transportowy typ platforma, wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o wymiarach 700x600x850 mm.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 26 – Wózki dla DDOM (Kod cpv 34911100-7)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek do sprzątania	Wózek do sprzątania dwuwierkowy (po pojemności 20 litrów każdy), wózek wykonany z tworzywa sztucznego z wyciskaczem i kijem, wyciskarka do mopów płaskich, 4- kółka gumowe, wymiary wózka porządkowego: długość 740-800mm, szer. 370-420mm, wys. 920-940mm, w skład zestawu wchodzi min. jeden koszyk.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 27 – Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 39713100-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Zmywarka z funkcją wyparzania naczyń	Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 18/9, zasilanie elektryczne 400V; moc 4,0-5,0 kW, o wymiarach: szerokość 600-650 mm, głębokość 600-650 mm, wysokość 850-900 mm, dwuetapowy proces mycia: 1) mycie wodą w temp. 55-60 °C z dodatkiem detergentu, 2) płukanie czystą wodą o temperaturze 85-90 °C (wyparzanie). wydajność: 1. do ≥ 500 talerzy o średnicy do 240 mm/h, 2. do ≥ 190 talerzy o średnicy 320 mm/h, podstawa ze stali nierdzewnej.	3			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 28 – Regały dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 39141100-3)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Regał na kaczki i baseny	Systemowy, całość wykonana ze stali kwadoopornej, z jedną suszarką na pokrywkę do basenów o długości 79-89 cm, jedną suszarką na baseny o długości 79-89 cm, dwoma listwami z haczykami na kaczki o długości 79-89 cm i czterema ociekaczami do suszarek z tworzywa sztucznego o szerokości 79-89 cm.	3			
2.	Regał na miski	Konstrukcja z polipropylenu i PCV z 3 półkami o max. obciążeniu 120 kg na półkę, zmywalny, o wymiarach: wysokość 133-143 cm, szerokość 135-145 cm, głębokość 41-51 cm.	6			
3.	Regał magazynowy na pościel	Regał skręcany z blachy lakierowanej proszkowo, z 4 półkami metalowymi, wymiar (cm): 200 (wysokość) x 90 (szerokość) x 80 (głębokość), max. obciążenie 1 półki 100 kg, kolor jasnopopielaty.	36			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 29 – Wózki popychane dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 34912100-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek do przewożenia bielizny	Na 4 kółkach skrętnych o średnicy 10-13 cm, 4 półki (max. obciążenie 50 kg na półkę) z białego tworzywa sztucznego zmywalne na stelażu aluminiowym, o wymiarach: wysokość 125-135 cm, szerokość 90-105 cm, głębokość 45-55 cm.	3			
2.	Wózek modułowy do obchodów	Wykonany w całości z tworzywa sztucznego, zmywalny, z półką wewnętrzną po środku, na 4 kołach o średnicy 11,5-13,5 cm, z miejscem na worek (120-litrowy), 2 kuwetami na akcesoria na górze wózka, o wymiarach: wysokość 135-150 cm, szerokość 100-115 cm, głębokość 53-63 cm.	3			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 30 – Wózki dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 34911100-7)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek do przewozu pacjenta	Wózek do przewozu pacjenta z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, z oparciem pleców regulowanym ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego, cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu, barierki boczne składane obok ramy leża, wymiary: długość leża 2100-2200 mm, szerokość leża 600-700(bez barierek) z barierkami szerokość max 800mm, regulacja wysokości leża 400-850mm, Kąt odchylenia wezglowia zakres 0-30°, maksymalne obciążenie do 200-250 kg, kolor tapicerki leża do wyboru.	3			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 31 – Wózki zabiegowe dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 33190000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek zabiegowy	Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia): 70-75 cm i 60-65 cm, wyposażony w: 1) szafkę stalową (wymiar 55-65 cm x 45-55 cm, lakierowana proszkowo, front lakierowany w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z dwoma szufladami na prowadnicach łożyskowych, 2) półkę, 3) wysuwany blat stalowy lakierowany proszkowo z przodu wózka, 4) uchwyty (po jego bokach) do prowadzenia wózka, 5) cztery koła o średnicy 9-12 cm z blokadą, 6) podstawę stalową, wózek na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo z możliwościami montażu dodatkowego wyposażenia, w skład dodatkowego wyposażenia wchodzi: a) cztery szyny ze stali kwasoodpornej do zawieszenia dodatkowego osprzętu, b) kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową z uchwytami na szynę, c) pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej z uchwytami na szynę, d) dwa koszyki stalowe na akcesoria z uchwytem na szynę (wymiar: 34-38 cm x 14-18 cm x 13-17 cm), e) pojemnik na pudełko na rękawiczki ze stali kwasoodpornej z uchwytem na szynę, f) wieszak na kropłówki na dwa haczyki z regulacją wysokości, g) półka nadblatowa 60-70 cm x 20-30 cm na stelażu z możliwością regulacji wysokości.	3			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 32 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 33193120-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek inwalidzki specjalny	Wózek inwalidzki dla osób z mobilnymi problemami, stabilizujący głowę i plecy, z możliwością jednoczesnej regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska, o parametrach technicznych: konstrukcja z ramy stalowej, tapicerowana, posiada koła pompowane, pasy bezpieczeństwa, zagłówki, hamulec centralny, szerokość siedziska 460-500 mm, głębokość siedziska 460-500 mm, wysokość siedziska 450-500 mm, całkowita wysokość 1250-1400 mm, całkowita szerokość 600-800 mm udźwig 110-130 kg.	3			
2.	Wózek inwalidzki	Parametry techniczne: konstrukcja krzyżakowa, składana pokryta chromem, posiada koła pełne bezdętkowe, demontowane podnóżki i odchylane boki, tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią, posiada podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy, szerokość siedziska 450mm, udźwig ≥ 120 kg.	20			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 33 – Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 42413200-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej	Zakres ruchu siedziska w pionie: maksymalne położenie 85 - 105 cm, minimalne położenie 30 - 60 cm, wysokość podwozia od podłogi 5 - 25 cm, całkowita szerokość krzeselka 65 - 90 cm, maksymalna całkowita wysokość podnośnika 150 - 170 cm, maksymalne obciążenie podnośnika ≥ 130 kg, hydraulicznie regulowana wysokość, podnoszone poręcze boczne, oparcie umieszczone na jednej poręczy bocznej z możliwością przełożenia na drugą, rama jezdnia/podwozie zaopatrzona w cztery kółka, w tym dwa z hamulcami, wyposażenie podnośnika: siłownik hydrauliczny, pas bezpieczeństwa zabezpieczający przed upadkiem pacjenta, dwuczęściowe siedzisko toaletowe wykonane z polipropylenu, z możliwością zdejmowania w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 34 – Wyposażenie medyczne dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 33190000-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Krzesło obrotowe	Stółek medyczny na kółkach, okrągły, z manualnie regulowaną wysokością, stelaż biały, siedzisko pokryte ekoskórą, odporną na zmywanie, sprężyna mechaniczna, wymiary stołka: wysokość: 490-610 mm, podstawa: Ø 490 mm, siedzisko: Ø 340 mm.	3			
2.	Kosz na odpady	Z tworzywa sztucznego, o pojemności 40-50 litrów z pedałem i pokrywą (3 szt. z pokrywą zieloną, 3 szt. z pokrywą czerwoną i 3 szt. z pokrywą niebieską), o wymiarach (mm): 370-420 (szerokość) x 280-330 (głębokość) x 600-650 (wysokość).	9			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 35 – Podnośnik dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 42413200-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Podnośnik elektryczny	Zakres podnoszenia: minimalne położenie 20 – 45 cm, maksymalne położenie 150 – 185 cm, wysokość podstawy jezdnej od podłogi: 8 – 16 cm, możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 60 – 125 cm, maksymalne obciążenie podnośnika: ≤ 200 kg, elektrycznie regulowana wysokość, przycisk awaryjnego zatrzymania, rama jezdna/podwozie zaopatrzone w kółka (4), w tym dwa z hamulcami, stalowa rama podnośnika, w skład wyposażenia podnośnika wchodzi: pilot, podwieszki: kąpielowa i uniwersalna, wykonana z polipropylenu z możliwością zdejmowania, w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji.	1			
				Suma		X



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 36 – Drzwi do kabiny prysznicowych dla Pawilonu nr 4 (Kod cpv 39236000-5)

LP	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Drzwi wewnętrzne do kabiny prysznicowej	Drzwi do kabiny prysznicowej, uchylne, wewnętrzne, szkło hartowane o grubości 4- 5 mm, kolor szkła satynowe/matowe/mrożone, z uchwytem chromowanym, z listwą magnetyczną - zapobiegającą samoistnemu otwieraniu drzwi. Montowane drzwi na regulowanych profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne o wymiarach: wys. 1850 mm szerokość 890 mm.	5		
2.	Drzwi wewnętrzne do kabiny prysznicowej	Drzwi do kabiny prysznicowej, uchylne, wewnętrzne, szkło hartowane o grubości 4- 5 mm, kolor szkła satynowe/matowe/mrożone, z uchwytem chromowanym, z listwą magnetyczną - zapobiegającą samoistnemu otwieraniu drzwi. Montowane drzwi na regulowanych profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne o wymiarach: wys. 1850 mm, szerokość 950 mm.	4		
3.	Drzwi wewnętrzne do kabiny prysznicowej	Drzwi do kabiny prysznicowej, uchylne, wewnętrzne, szkło hartowane o grubości 4 - 5 mm, kolor szkła satynowe/matowe/mrożone, z uchwytem chromowanym, z listwą magnetyczną - zapobiegającą samoistnemu otwieraniu drzwi. Montowane drzwi na regulowanych profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne o wymiarach: wys. 1850 mm, szerokość 1030 mm.	1		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

4.	Drzwi wewnętrzne do kabiny prysznicowej	Drzwi do kabiny prysznicowej, uchylne, wewnętrzne, szkło hartowane o grubości 4 - 5 mm, kolor szkła satynowe/matowe/mrożone, z uchwytem chromowanym, z listwą magnetyczną - zapobiegającą samoistnemu otwieraniu drzwi. Montowane drzwi na regulowanych profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne o wymiarach: wys. 1850 mm, szerokość 1040 mm.	1		
5.	Drzwi wewnętrzne do kabiny prysznicowej	Drzwi do kabiny prysznicowej, uchylne, wewnętrzne, szkło hartowane o grubości 4 - 5 mm, kolor szkła satynowe/matowe/mrożone, z uchwytem chromowanym, z listwą magnetyczną - zapobiegającą samoistnemu otwieraniu drzwi. Montowane drzwi na regulowanych profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne o wymiarach: wys. 1850 mm, szerokość 800 mm.	4		



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

6.	Drzwi wewnętrzne, rozsuwane do kabiny prysznicowej	Drzwi do kabiny prysznicowej, rozsuwane (składające się z 2 części), uchylne, wewnętrzne, szkło hartowane o grubości 4 - 5 mm, kolor szkła satynowe/matowe/mrożone, z uchwytem chromowanym, z listwą magnetyczną - zapobiegającą samoistnemu otwieraniu drzwi. Montowane drzwi na regulowanych profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne o wymiarach: wys. 1850 mm, szerokość 1200 mm, o szerokości wejścia 500 mm.	4		
			Suma		X



ISO 9001:2008