



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr 1 - Stoły rehabilitacyjne (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Stół do masażu	Stół do masażu na stalowej podstawie malowanej proszkowo, - z 3-segmentowym leżyskiem, - z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany; w zakresie 50-100 cm), - z regulowanym zagłówkiem z wycięciem (kąt -85° / $+35^{\circ}$), - z tapicerką winylową lub skóropodobną, - o wymiarach: 190-200 cm (długość), 60-70 cm (głębokość/szerokość), - maksymalny udźwig do 150 kg	1			
2	Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny pionizujący z elektryczną regulacją kąta nachylenia leżyska (zakres 0 - 90°; wysokość w poziomie 44-54 cm): - o wymiarach: 195-205 cm (długość), 73-83 cm (szerokość), - w komplecie z trzema pasami stabilizującymi, - zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz, - maksymalny udźwig do 150 kg	2			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 2 - System do dynamicznego odciążenia pacjenta (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	System do dynamicznego odciążenia pacjenta	Urządzenie do dynamicznego odciążenia pacjenta służące do terapii chodu: - elektrycznie regulowana wysokość (siłownik zasilany akumulatorowo; możliwość obniżenia do 165-175 cm), - dwupunktowe podwieszenie za pomocą min. 4 pasów, - możliwość elektronicznego pomiaru m.in. stopnia odciążenia lewej i prawej strony ciała, - o wymiarach maksymalnych: 235-245 cm (wysokość), 83-88 cm (szerokość), 115-125 cm (długość), - wyposażone w cztery koła blokowane (po 2 kierunkowo i całkowicie), uprząż, - różnokierunkowa możliwość terapii, - maksymalny udźwig do 135 kg	2			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 3 - System do rehabilitacji i ćwiczeń w podwieszeniu (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	System do rehabilitacji i ćwiczeń w podwieszeniu	<p>System do rehabilitacji i ćwiczeń w podwieszeniu, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Zestaw treningowo-rehabilitacyjny do treningu metodą Neurac, mocowany do sufitu - konstrukcja aluminiowa o wymiarach 175-185 cm (długość) i 72-82 cm (szerokość), w skład którego wchodzi:</p> <p>1a) cztery aparaty, 1b) trzy trawersy (z czteropunktowym mocowaniem), 1c) linki (o długości 5 m z klamrą – 1 szt., o długości 60 cm czerwona – 2 szt., o długości 30 cm czerwona – 2 szt., o długości 30 cm czarna elastyczna – 2 szt., o długości 30 cm czerwona elastyczna – 2 szt., o długości 60 cm czarna elastyczna – 2 szt., o długości 60 cm czerwona elastyczna – 2 szt.) 1d) podwieszki w kolorze czerwonym (szerokie – 2 szt., wąskie – 2 szt., dzielona – 1 szt.), 1e) wałek rehabilitacyjny (1 szt.), 1f) poduszki sensomotoryczne (2 szt.), 1g) pięć par uchwytów.</p> <p>2) Stół do masażu i rehabilitacji o krzyżakowej konstrukcji - 3-segmentowe leżysko, - elektryczna zmiana wysokości leżyska (łamanie); w zakresie</p>	5			



*Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014*



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



		<p>50-101 cm),</p> <ul style="list-style-type: none">- regulowany zagłówek z wycięciem (kąt -70° / $+40^{\circ}$),- tapicerka niepalna i odporna na uszkodzenie,- wymiary: 195-205 cm (długość), 60-70 cm (głębokość/szerokość),- maksymalny udźwig do 300 kg <p>3) Koziółek na podstawie chromowanej (średnica 55-65 cm),</p> <ul style="list-style-type: none">- podgumowane kółka,- regulacja kąta nachylenia siedziska $\leq 15^{\circ}$- regulowana wysokość 50 – 70 cm,- tapicerka skaj (kolor uzgodniony z Zamawiającym),- maksymalne obciążenie do 150 kg <p>4) Mata gimnastyczna elastyczna:</p> <ul style="list-style-type: none">- antybakteryjna powłoka,- wykonanie z materiału odpornego na działanie wody i wilgoci,- wymiary: 195-205 cm (długość), 55-65 cm (szerokość), 1-2 cm (grubość), <p>5) Plansze anatomiczne w listwie usztywniającej (cztery różne):</p> <ul style="list-style-type: none">- wymiary: 95-105 cm (wysokość), 65-75 cm (szerokość)			
			Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 4 - Drabinki, materace (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Drabinki do ćwiczeń	Drabinki do ćwiczeń gimnastyczne (skręcane na konfirmaty), - drewniane (buk), - pojedyncze, w komplecie z zestawem montażowym (do ściany), - w rozmiarze: 250 cm x 70 cm.	4			
2	Materac rehabilitacyjny składany	Materac rehabilitacyjny składany do ćwiczeń (3-częściowy), - w rozmiarze 190-200 cm (długość) x 80-90 cm (szerokość), o grubości 4-6 cm, - w pokrowcu z pianką poliuretanową o sztywności T40	5			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upewnoczeni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 5 - Sprzęt rehabilitacyjny (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Wałki rehabilitacyjne	Wałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z materiału skóropodobnego o wymiarze: 10 cm x 30 cm, w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym	10			
2	Wałki rehabilitacyjne	Wałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z materiału skóropodobnego o wymiarze: 15 cm x 60 cm, w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym	5			
3	Półwałki rehabilitacyjne	Półwałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu z materiału skóropodobnego o wymiarze: 60 cm x 30 cm x 15 cm, w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym	5			
4	Piłki rehabilitacyjne	Piłka gimnastyczna z tworzywa ABS, z pompką w zestawie, o średnicy 45 cm (1 szt.), 55 cm (1 szt.), 65 cm (1 szt.) i 75 cm (1 szt.)	4			
5	Piłki rehabilitacyjne	Piłka gimnastyczna z wytrzymałego tworzywa, o średnicy 45 cm (5 szt.), 55 cm (5 szt.), 65 cm (5 szt.) i 75 cm (5 szt.)	20			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



6	Taśmy rehabilitacyjne	Taśma rehabilitacyjna wykonana z lateksu o długości 2,5 metra w kolorach: żółta, czerwona, zielona i niebieska (po 3 szt. każdego koloru)	12			
7	Dyski sensomotoryczne	Dysk sensomotoryczny z gumowymi wypustkami - z pompką w zestawie - o średnicy 35 cm (+/- 1 cm) - dwa kolory po 5 szt.	10			
Suma						X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 6 - Wózki inwalidzie i balkoniki (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Wózki inwalidzkie elektryczne	Wózek inwalidzki elektryczny składany: - pełna regulacja kąta siedziska, oparcia, - modułowa budowa, - szerokość siedziska 44-46 cm, - głębokość siedziska 45-47 cm, - wysokość oparcia 55-59 cm, - podłokietniki 30-35 cm, - ustawienie wysokości siedziska od podłoża 46-50 cm, - szerokość całkowita wózka 57-61 cm, - wysokość całkowita wózka 101-112 cm, - maksymalne obciążenie < 130 kg, - waga wózka < 80 kg, - przednie koła PU, tylne koła napędowe z dwoma kołami plastikowymi 1/4", - w komplecie z zestawem transportowym, akumulatorami żelowymi 35-45 Ah, ładowarką 8A (200-250 V)	2			
2	Wózki inwalidzkie elektryczne terenowo-pokojowe	Wózek inwalidzki elektryczny z przeznaczeniem na różny teren z ramą aluminiową: - silnik 2 x 250-350W, akumulator 2 x 50-55 Ah, - koła pompowane (dwie pary kół: mniejsze 8-10", większe 13-15"), - demontowane podnóżki,	2			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



		- regulowane elektrycznie podłokietniki, oparcie i podnóżki, biodrowy pas bezpieczeństwa, hamulec elektromagnetyczny, oświetlenie diodowo-żarówkowe, - wymiary wózka: 100-110 cm (długość), 60-68 cm (szerokość), - udźwig \leq 140 kg.			
3	Chodziki	Chodzik czteroślupowy wykonany z aluminium, - maksymalne obciążenie < 130 kg, - z zakresem regulacji wysokości (820-920 cm – 950-1050 mm), - o maksymalnej szerokości: 660 mm (+- 50 mm), - wyposażony w cztery koła, amortyzatory i hamulce, - składany.	10		
4	Balkoniki	Balkonik z wysoką podpórką (zakres regulacji 1000-1300 mm), - rama stalowa - maksymalne obciążenie < 135 kg, - o wymiarach: 770-870 mm (długość), 675-750 mm (szerokość) x 1310-1410 mm (wysokość) - cztery koła z hamulcami	10		
				Suma	X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 7 - Lampy do światłoterapii (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Lampa sollux	Lampa sollux statywowa przeznaczona do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych o mocy ≥ 375 W posiadająca: - statyw z podstawą jezdną i hamulcem, - promiennik IR-1 375 W, - funkcję wymuszonego chłodzenia, - zasilanie 230 V, 50 Hz, - wyposażenie: dwie pary okularów ochronnych, filtr niebieski, filtr czerwony oraz siatka zabezpieczająca.	1			
2	Lampa do terapii światłem (Bioptron)	Lampa do światłoterapii i koloroterapii: - szerokie spektrum działania na różne części ciała, - zużycie energii 24-30 VA, - średnica filtra 4-6 cm, - zasilanie elektryczne: 100-230V, 50-60Hz, - moc żarówki halogenowej 15-25 W, - w komplecie ze statywem podłogowym umożliwiającym zamontowanie urządzenia (możliwość regulacji: $-120^\circ / +30^\circ$)	2			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 8 - Rowery magnetyczne stacjonarne (Kod cpv 37441300-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Rowery magnetyczne	Rower magnetyczny poziomy - koło zamachowe o wadze 7 – 9 kg, - dla użytkownika o maksymalnej wadze 120-130 kg, - pozioma regulacja siedziska, - 16-stopniowa regulacja oporu, - wymiary: 165-175 cm (długość), 58-68 cm (szerokość), 111-121 cm (wysokość), - dotykowe sensory pulsu, - pedały paskowe, - wyświetlacz z komputerem treningowym (wymagane funkcje: m.in. czas, dystans, prędkość, puls, RPM)	5			
2	Rowery magnetyczne	Rower magnetyczny poziomy - koło zamachowe o wadze 6 – 8 kg, - dla użytkownika o maksymalnej wadze 110-120 kg, - pozioma regulacja siedziska, - 8-stopniowa regulacja oporu, - wymiary: 136-146 cm (długość), 55-65 cm (szerokość), 79-89 cm (wysokość), - dotykowe sensory pulsu, - pedały paskowe, - wyświetlacz z komputerem treningowym (wymagane funkcje: m.in. czas, dystans, prędkość, puls, RPM)	5			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Suma		X
------	--	---

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 9 - Aparaty i urządzenia do terapii (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Aparat do terapii ultradźwiękowej i kombinowanej	Dwukanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej i kombinowanej z dwoma głowicami ultradźwiękowymi (częstotliwość pracy 1 MHz) 1 cm ² i 4 cm ² , - z minimum 200 programami zabiegowymi, - możliwość pracy ciągłej i impulsowej, - liczba aplikatorów minimum 2, - wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 5 cali, - zegar zabiegowy 0-30 minut, - w komplecie z elektrodami i stolikiem na czterech kółkach z dwoma półkami z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 90-100 cm (wysokość) i 44-54 cm (szerokość), - waga < 6 kg.	1			
2	Aparat do elektroterapii	Aparat do elektroterapii dwukanałowy (z dwoma całkowicie niezależnymi obwodami do elektroterapii), - generujący prądy różnej częstotliwości (maksymalne natężenie 140 mA, maksymalne napięcie 140V), w tym: interferencyjny, galwaniczny, tonaliza, diadynamiczne, TENS-a (symetryczny i asymetryczny), Traeberta, Leduca, Kotz'a, impulsy unipolarne, prostokątne i trójkątne oraz mikroprądy, - ciekłokrystaliczny wyświetlacz, - wyposażenie: elektrody 6 x 6 cm (4 szt.), 7,5 x 9 cm (2 szt.), podkłady i pasy do ich mocowania, kable pacjenta (2 szt.), przewody oraz torba do przenoszenia,	1			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



		- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z dwoma półkami z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 90-100 cm (wysokość) i 44-54 cm (szerokość),				
3	Aparat do terapii ultradźwiękowej	Aparat do terapii ultradźwiękowej jednokanałowy z dwoma głowicami ultradźwiękowymi 1 cm i 4 cm (częstotliwość pracy 1 i 3 MHz), - z minimum 30 programami zabiegowymi, - możliwość pracy ciągłej i impulsowej, - wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 4" cali, - zegar zabiegowy 0-60 minut, - waga < 3 kg, - w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach	1			
4	Aparat do terapii energotonowej	Aparat do terapii energotonowej, dwukanałowy (z dwoma całkowicie niezależnymi obwodami do terapii): - umożliwiający działanie stymulacyjne i niestymulacyjne, - wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 15", - zegar zabiegowy 0-90 minut, - zasilanie elektryczne: 100-240V, 50-60Hz, - zakres częstotliwości 4096 – 32768 Hz, - waga < 11 kg, - w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z wysięgnikiem na elektrody i kable	1			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



5	Aparat do stymulacji elektromagnetycznej	Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej: - wbudowane programy terapeutyczne, - zegar zabiegowy 0-60 minut, - indukcja magnetyczna < 2,5 Tesli, - częstotliwość magnetyczna 1-50 Hz, - szeroki zakres zastosowań, - zasilanie elektryczne: 230V, 50-60Hz, - zużycie energii < 5 kVA	1			
6	Aparat do magnetoterapii	Aparat dwukanałowy do magnetoterapii polem magnetycznym generowanym poprzez aplikatory szpulowe, - możliwość pracy ciągłej i modulowanej, - różne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, - aplikatory szpulowe wysokoprądowe o średnicy 350 mm (1 szt.) i 600 mm (1 szt.), - leżanka aluminiowa z przewodniczą aplikaturą szpulowego, - maksymalna indukcja <10 mT, - zegar zabiegowy 1 – 30 min., - wbudowane programy zabiegowe minimum 70, - zakres częstotliwości < 60 HZ	1			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 10 - Urządzenia do hydroterapii (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Urządzenie do hydroterapii kończyn górnych	Urządzenie do hydroterapii kończyn górnych (m.in. dłonie, przedramiona, stawy łokciowe): <ul style="list-style-type: none">- pojemność użytkowa 20-25 litrów,- sterowane elektrycznie,- automatyczny system napełniania,- wbudowany zegar zabiegowy,- zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 0,5 – 1,0 kW,- terapia przy pomocy 4 dysz z możliwością regulacji wypływu strumienia wody oraz napowietrzenia wody,- wyposażenie: krzesło obrotowe z oparciem (regulacja wysokości 50-80 cm), prysznic ręczny,- zabezpieczenie przed pracą „na sucho”	1			
2	Urządzenie do hydroterapii kręgosłupa i kończyn dolnych	Urządzenie do hydroterapii kończyn dolnych i kręgosłupa: <ul style="list-style-type: none">- dwie pojemności użytkowe – 75 litrów (w przypadku terapii kończyn dolnych) i 145 litrów (w przypadku terapii kręgosłupa),- sterowane elektrycznie,- automatyczny system napełniania,- wbudowany zegar zabiegowy,- zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 0,9 – 1,5 kW,- terapia przy pomocy 12 dysz z możliwością regulacji strumienia wody,- wejście po antypoślizgowych stopniach,- zabezpieczenie przed pracą „na sucho”	1			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Suma		X
------	--	---

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upewnoczeni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 11 - Zestaw przyrządów do ćwiczeń oporowych (Kod cpv 37442300-8)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Przyrządy rehabilitacyjne do ćwiczeń oporowych (w zestawie 5 szt. + kompresor)	<p>Zestaw 5 przyrządów rehabilitacyjnych do ćwiczeń oporowych przystosowany do potrzeb osób starszych. Opór w przyrządach wytwarzany poprzez sprężone powietrze z kompresora, regulacja oporu co 100 g i co 1 kg, opór początkowy 100 g.</p> <p>Każde urządzenie do ćwiczeń wyposażone w: - wbudowany czytnik RFID, - ekran dotykowy umożliwiający samodzielną regulację oporu przez użytkownika, - gniazdo do podłączenia przyrządu do pomiaru siły izometrycznej, jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.</p> <p>Wyświetlane parametry na ekranie każdego urządzenia: rodzaj ćwiczenia, opór, liczba powtórzeń, wskazówki dotyczące ćwiczeń, piktogramy pokazujące ćwiczenia. Przełączanie kierunku oporu na ekranie dotykowym w urządzeniach dwufunkcyjnych.</p> <p>Każde urządzenie treningowe ma być przystosowane do podłączenia do sieciowego oprogramowania zawierającego</p>	1			



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



	<p>kartotekę pacjentów i służącego do tworzenia indywidualnych planów ćwiczeń oraz monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji.</p> <p>Na zestaw składają się następujące urządzenia:</p> <p>1. Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczeń mięśnia dwugłowego i czworogłowego uda, uchwyty ułatwiające dostęp, niezależne dźwignie dla kończyny lewej i prawej, elektryczna regulacja długości dźwigni, regulowane pasy do stabilizacji ud, elektryczna regulacja oparcia, ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec).</p> <p>2. Prasa do nóg, uchwyty ułatwiające dostęp, niezależne dźwignie dla kończyny lewej i prawej, regulacja dźwigni, regulowane pasy do mocowania stóp, bezstopniowa regulacja oparcia, zabezpieczenie przed przeprostem kolana, mechanizm blokujący dźwignie.</p> <p>3. Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczeń mięśni pleców i brzucha, konstrukcja umożliwiająca łatwe przesiadanie się z wózka inwalidzkiego, uchwyty ułatwiające dostęp, siedzisko z elektryczną regulacją wysokości, odchylane oparcie, ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec), pas mocujący.</p> <p>4. Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczeń mięśni przywodzicieli i odwodzicieli ud, ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec).</p> <p>5. Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej i ramion, przyrząd przystosowany do ćwiczeń przez pacjentów na wózkach inwalidzkich – odsuwane siedzisko, bezstopniowa regulacja wysokości siedziska, ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec), pas mocujący.</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--





Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



		6. Kompresor zasilający 5 urzędzeń do ćwiczeń, przepływ powietrza 100 l/min., ciśnienie robocze 10 bar, maksymalny poziom hałasu 43 dB, zasilanie 230 V.				
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 12 - Zestaw do krioterapii miejscowej (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Zestaw do terapii miejscowej	Mobilny aparat do krioterapii miejscowej nawiewami zimnego powietrza przy pomocy węża z zakończeniem w postaci dyszy: - temperatura przy wylocie z dyszy -25°C / -35°C, - zasilanie 230 V, 50 Hz, - trzy różne średnice dysz zabiegowych, - minutowy zegar zabiegowy, - możliwość regulacji stopnia intensywności nawiewu (min. 8 poziomów), - wyświetlacz kolorowy LCD lub LED 7-9"	1			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upewnoczeni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 13 - Laser biostymulacyjny (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Laser biostymulacyjny	Laser biostymulacyjny umożliwiający pracę zarówno przy pomocy sond punktowych (R 80 mW i IR 400 mW) jak i w trybie automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej R + IR 100 mW / 450mW (możliwość regulacji częstotliwości), z trzema nienależnymi kanałami zabiegowymi posiadający: - podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD, - zasilanie 230 V, 50 Hz, - oprogramowanie w języku polskim, - minimum 100 wbudowanych programów zabiegowych, - regulacja mocy, - dwie pary okularów ochronnych, - w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z dwoma półkami z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 90-100 cm (wysokość) i 44-54 cm (szerokość), sondą punktową R 660 nm/80 mW z uchwytem, sondą punktową IR 808 nm/400 mW z uchwytem, sondą skanującą R + IR 100 mW / 450mW	1			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 14 – System do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	System do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju	System do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, działający na podstawie interakcji wzrokowej pacjenta z treścią wyświetlaną na ekranie: - dwa poziomy trudności, - możliwość pracy z wieloma pacjentami, - moduły: oceny stanu świadomości pacjenta, neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej, - monitor o przekątnej ekranu 19-20", - ekran dotykowy LED, - wyrób medyczny	1			
				Suma		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upewnoczeni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



.....
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 15 – Wyposażenie Sali stymulacji i wyciszeń (Kod cpv 33150000-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis towaru	Ilość	Cena jedn. brutto	Cena całości brutto	Producent, model/typ
1	Wyposażenie Sali stymulacji i wyciszeń	<p>Wyposażenie Sali stymulacji i wyciszeń (doświadczania świata), która jest przeznaczona dla osób starszych, z postępującym procesem otępienia, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Interaktywna kolumna wodna nasycona bąbelkami powietrza 16-kolorowa (sterowanie kolorami za pomocą bezprzewodowego pilota), o wymiarach 185-195 cm (wysokość), 10-20 cm (szerokość).</p> <p>2) Urządzenie działające na zmysł wzrokowy stwarzające wrażenie długiego tunelu, lustrzane pojedyncze z możliwością jego sterowania (pilot z funkcjami m.in. rozjaśniania i przyciemniania oraz zmiany kolorów), o wymiarach 60-70 cm (wysokość) x 60-70 cm (szerokość), z obudową wykonaną ze szkła.</p> <p>3) Urządzenie pobudzające zmysł wzrokowy, słuchowy i ruchowy na podstawie kwadratu (o wymiarach 145-155 cm x 145-155 cm) składające się z 9 takich samych pól z poliwęglanu, które świecą i drgają za pomocą muzyki z wbudowanego radia z CD,</p>	1			



*Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014*



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



	<p>obudowa z płyty laminowanej.</p> <p>4) Zestaw światłowodowy polimerowy 6-kolorowy (100 punktów świetlnych) sterowany za pomocą pilota o długości 195-205 cm w przezroczystej osłonie PVC.</p> <p>5) Błat podświetlany w obudowie z pianki poliuretanowej obitej skajem ze środkiem w postaci płyty plexi podświetlanej LED, o wymiarach: 47-57 cm (szerokość), 37-47 cm (wysokość) i 5-10 cm (głębokość).</p> <p>6) Urządzenie do rozwijania percepcji wzrokowej z możliwością podświetlenia i obracania w komplecie z reflektorem z kolorową tarczą, w formie kulistej o średnicy 15-25 cm.</p> <p>7) Wytwornica baniek mydlanych o pojemności 1-1,5 litra, - zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 30-40 W, w komplecie z koncentratem do baniek mydlanych (5L).</p> <p>8) Projektor z system graficznego wyświetlania za pomocą tarcz żelowych i przezroczycy, wyświetlający obraz o średnicy 1-1,5 m, w komplecie z 4 tarczami żelowymi</p>			
		Suma		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014**