



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 3/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych”.

Pytanie nr 1 (część 9, poz. 3 – Aparaty i urządzenia do terapii)

*„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu aparatu z wyświetlaczem graficznym 4,3”
Pozostałe parametry spełniają wszystkie wymagania”*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat z proponowanym wyświetlaczem graficznym.

Pytanie nr 2 (Część 13 – laser biostymulacyjny)

„Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dodatkowy stolik jest potrzebny w komplecie skoro statyw z sondą skanującą posiada własną półkę na sterownik”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zestaw z laserem biostymulacyjnym i statywem z sondą skanującą z własną półką na sterownik pod warunkiem, że powyższy statyw znajduje się na czterech kółkach bez dodatkowego stolika.