



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 3/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia sprostowanie do treści pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie urządzeń do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych”.

Pytanie nr 10 (Część nr 12 – Zestaw do krioterapii miejscowej)

„Czy Zamawiający dopuszcza mobilne urządzenie do miejscowej terapii zimnem i/lub ciepłem:

- *możliwość regulacji temperatury w zakresie od 0stC do +40st C co uniemożliwia przypadkowe odmrożenia,*
- *aparat nie wymaga przebywania personelu podczas trwania zabiegu,*
- *możliwość pracy w czterech trybach:- zimno, ciągle zimno, ciepło, naprzemienne ciepło – zimno,*
- *możliwość ustawiania czasu terapii i przerwy pomiędzy cyklami,*
- *możliwość pracy dwóch mankietów jednocześnie,*
- *możliwość regulacji czasu działania oraz czasu przerwy masażu uciskowego,*
- *sygnalizacja braku płynu w obiegu systemu,*
- *sygnalizacja zbyt wysokiego ciśnienia,*
- *gotowe programy terapeutyczne,*
- *możliwość tworzenia własnych programów,*
- *kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu oraz listę zabiegów wykonanych pacjentowi,*
- *duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny,*
- *czytelne i przejrzyste oprogramowanie w języku polskim*

W standardowym wyposażeniu aparat zawiera 5 mankietów: staw skokowy, staw kolanowy, staw nadgarstkowy, staw barkowy, pas lędźwiowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie, o którym mowa w pytaniu.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Lecznicy w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**