



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-03/17

Dotyczy postępowania konkursowego na dostawę stołów rehabilitacyjnych dla projektu zatytułowanego „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” realizowanego w ramach Programu PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, dofinansowanego z MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na dostawę stołów rehabilitacyjnych:

Pytanie nr 1

„Prosimy o dopuszczenie stołu do pionizacji z następującymi parametrami:

elektryczna regulacja kąta nachylenia leżyska w zakresie 0-90°

wysokość w poziomie 50-90 cm

długość - 201cm

szerokość - 73 cm

w komplecie trzy pasy do stabilizacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół do pionizacji o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny gdzie parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych w ogłoszeniu:

- z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany; w zakresie 45-95 cm)

- z regulowanym zagłówkiem z wycięciem (kątem -80° / +45°), maksymalny udźwig do 200 kg

Pozostałe parametry spełniają wymagania zamawiającego. Parametry te nie powodują istotnych różnic w funkcjonalności stołu i zakresie jego wykorzystania?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o proponowanych parametrach.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający dopuści Stół rehabilitacyjny pionizujący gdzie parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych w ogłoszeniu:

- z elektryczną regulacją kąta nachylenia leżyska (zakres 0 - 90°; wysokość w poziomie 50-90 cm):



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



- o szerokości 85 cm, maksymalny udźwig do 200 kg

Pozostałe parametry spełniają wymagania zamawiającego. Parametry te nie powodują istotnych różnic w funkcjonalności stołu i zakresie jego wykorzystania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny pionizujący o proponowanych parametrach.

Pytanie nr 4

„Czy Zamawiający dopuszcza stół pionizacyjny z regulacją kąta nachylenia leżyska mieszczącą się w przedziale pomiędzy (87-90°) z większym zakresem regulacją wysokości w granicach 56-96cm i odkręcanym podnóżkiem zmieniając stół pod funkcję stołu do masażu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół pionizacyjny o proponowanych parametrach.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający wymaga, aby stół był wyposażony w centralny system jezdny (umożliwiający za pomocą jednej dźwigni unoszenie i opadanie 4 kółek)?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby stół wyposażony był system jezdny (4 kółka skrętne z blokadą), a dopuści stół z centralnym systemem jezdny.



**Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014**